

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της υπ' αριθμ. **37ης/7-10-2020** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Στα Τρίκαλα σήμερα την 7 Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ: 24185/5-10-2020 πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον κ. Κωνσταντίνο Γρηγορίου, πρόεδρο του Δ.Σ., τον κ. Παναγιώτου Γεώργιο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννακό, τακτικό μέλος, τον κ. Μυλωνά Στέφανο, τακτικό μέλος, την κ. Κόσουβα Σταυρούλα, τακτικό μέλος και της κ. Παπαβασιλείου Στυλιανής, Γραμματέως του ΔΣ.

Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γρηγορίου, αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση:

ΑΠΟΦΑΣΗ 832

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών για προμήθεια και εγκατάσταση « ακτινογραφικού μηχανήματος ψηφιακού DR»

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ.:

1. Η αριθμ. πρωτ. 23325/25-9-2020 εισήγηση του Τμ. Προμηθειών σχετικά με έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών για προμήθεια και εγκατάσταση « ακτινογραφικού μηχανήματος ψηφιακού DR», η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το **ν. 4412/2016** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την υπ' αρ. πρωτ.**1141/3-5-2018 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ)** του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5022174
3. Την **υπ'αριθμ. 4844/19-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας** σχετικά με την 1^η τροποποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022174 και την διάσπαση του Υποέργου 4 στα Υποέργα 7 & 8 ως εξής: **ΥΠΟΕΡΓΟ 7:** Φορητό Ακτινοσκοπικό c-arm ορθοπεδικό, **ΥΠΟΕΡΓΟ 8:** « Ακτινογραφικό Μηχάνημα Ψηφιακό DR (με ανάρτηση οροφής)»
4. Το **υπ'αριθμ. πρωτ. 1016/26-3-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας** σχετικά με «Προώθηση έργων Εξοπλισμών Υγείας που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ.Θ στο πλαίσιο και με τους κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού»
5. Την **υπ'αριθμ. 307/13/4-5-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Η3Λ46907Φ-ΟΤΖ)** του ΓΝ Τρικάλων με την οποία αποφασίστηκε η Προώθηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 & 11 με συντομευμένες προθεσμίες λόγω επειγουσών καταστάσεων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

6. την υπ' αριθμ. 389/18/27-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΣ9Υ46907Φ-8ΞΗ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική με την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του παρόντος διαγωνισμού με τους κανόνες νομοθεσία περί έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού,
7. την υπ' αριθμ. 22/2020 Διακήρυξη,
8. τις υπ' αριθμ. πρωτ. 15410/18-6-2020 & 15658/22-6-2020 Διευκρινίσεις επί της υπ' αριθμ. 22/2020 Διακήρυξης
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 17898/21-7-2020 Υπόμνημα της εταιρείας MEDITECHNIK MON IKE επί της προσφοράς της εταιρείας ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ (διαβιβάστηκε στην επιτροπή με το υπ' αρ. πρωτ. 17912/21-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών)
10. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 18605/29-7-2020 & 18606/29-7-2020 Υπομνήματα της εταιρείας MEDITECHNIK MON IKE επί της προσφοράς της εταιρείας KMS MEDICAL IKE & ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ αντίστοιχα (διαβιβάστηκαν στην επιτροπή με το υπ' αρ. πρωτ. 18613/29-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών)
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18647/30-7-2020 Υπόμνημα της εταιρείας KMS MEDICAL IKE επί της προσφοράς της εταιρείας MEDITECHNIK MON IKE (διαβιβάστηκε στην επιτροπή με το υπ' αρ. πρωτ. 18658/30-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών)
12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19221/6-8-2020 Υπόμνημα της εταιρείας ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ επί της προσφοράς των εταιρειών MEDITECHNIK MON IKE & KMS MEDICAL IKE (διαβιβάστηκε στην επιτροπή με το υπ' αρ. πρωτ. 19235/6-8-2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών)
13. Το από 25/9/2020 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ DR (ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ)**» με αριθμό Διακήρυξης 22/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 80443)

Προϋπολογισμός δαπάνης 321.140,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων της παροχής υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1^ο έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας και των δικαιωμάτων προαίρεσης. Αναλυτικά:

1. Προμήθεια και εγκατάσταση ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ DR (ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ): 230.000,00€ με ΦΠΑ
2. Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1^ο έτος μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας: 13.020,00€ με ΦΠΑ
3. Δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας και του 1^{ου} έτους συντήρησης: 78.120,00€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε:

A. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

- Αριθμός δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 2020/S110-266522
- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006844986)

B. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (αρ. πρωτ. 14467/5-6-2020)

- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ8ΒΑ46907Φ-ΘΜ6)
- Εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (11/6/2020)
- Εφημερίδα Η ΕΡΕΥΝΑ (11/6/2020)

Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006845042)
- 5^η Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr)
- ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr)

Στα Τρίκαλα την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **14854/11-6-2020 πρόσκληση** μελών επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14775/11-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΤ146907Φ-ΜΚΤ) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι:

1. Περίφανος Σπυρίδων (Συντ. Δ/ντης Ακτινοδιαγνωστικής - τακτικό μέλος)
2. Τσουρβάκας Στέφανος (Δ/ντης Ορθοπεδικής – τακτικό μέλος)
3. Ματσάγγα Φωτεινή (ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας - τακτικό μέλος)

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της, την υπ' αριθμ. **307/13/4-5-2020 (ΑΔΑ: 6Η3Λ46907Φ-ΟΤΖ) Απόφαση ΔΣ** του Νοσοκομείου, σχετική με προώθηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 8 με συντομευμένες προθεσμίες λόγω επειγουσών καταστάσεων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, την υπ' αριθμ. **389/18/27-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΣ9Υ46907Φ-8ΞΗ) Απόφαση ΔΣ** του Νοσοκομείου, σχετική με την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του παρόντος διαγωνισμού με τους κανόνες νομοθεσία περί έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού, την υπ' αριθμ. **22/2020 Διακήρυξη**, τις υπ' αριθμ. πρωτ. **15410/18-6-2020 & 15658/22-6-2020 Διευκρινίσεις** επί της υπ' αριθμ. 22/2020 Διακήρυξης και τις διατάξεις του **Ν.4412/2016** προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού (δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών)

Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές ως κάτωθι:

α/α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	KMS MEDICAL IKE	177665	26/6/2020 15:22:26	16206/30-6-2020
2	ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ	177861	26/6/2020 16:31:39	16105/29-6-2020
3	MEDITECHNIK MON IKE	179066	26/6/2020 16:39:36	16216/30-6-2020

Η εταιρεία **KMS MEDICAL IKE** έστειλε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 2/7/2020 (ημέρα αποσφράγισης του διαγωνισμού), έγγραφο (αρ. πρωτ. 16519/3-7-2020) σχετικό με ερώτημα επί της ανταγωνιστικής προσφοράς με α/α ΕΣΗΔΗΣ 179066 καθώς είχε χαρακτηριστεί ως εμπιστευτική στο σύνολό της.

Το ερώτημα αυτό διαβιβάστηκε στην επιτροπή αξιολόγησης (με το υπ'αριθμ. πρωτ. 16688/6-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών) και η επιτροπή με το υπ'αριθμ. πρωτ. 17431/14-7-2020 έγγραφό της ζήτησε σχετικές διευκρινίσεις από την εταιρεία MEDITECHNIK MON IKE (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 179066).

Το ερώτημα της επιτροπής διαβιβάστηκε στην εταιρεία με το υπ'αριθμ. πρωτ. 17433/14-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών (Διαγωνισμοί) και η εταιρεία MEDITECHNIK MON IKE απάντησε με το υπ'αριθμ. πρωτ. 17492/14-7-2020 έγγραφό της ότι το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των εγγράφων τόσο της τεχνικής όσο και της οικονομικής προσφοράς είχαν χαρακτηριστεί εκ παραδρομής ως εμπιστευτικά και παραχωρούσε την άδεια της να αποχαρκτηριστούν.

Η εταιρεία **KMS MEDICAL IKE** ενημερώθηκε σχετικά (με το υπ'αριθμ. πρωτ. 17900/21-7-2020 έγγραφο) και η επιτροπή συνέχισε την διαδικασία αξιολόγησης.

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών οι συμμετέχουσες εταιρείες απέστειλαν ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ επί των ανταγωνιστικών προσφορών τα οποία διαβιβάστηκαν στην αρμόδια επιτροπή προκειμένου να λάβουν γνώση. Τα ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ που ελήφθησαν είναι τα κάτωθι:

1. Το υπ'αριθμ. πρωτ. **17898/21-7-2020 Υπόμνημα της εταιρείας MEDITECHNIK MON IKE** επί της προσφοράς της εταιρείας ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ (διαβιβάστηκε στην επιτροπή με το υπ'αρ. πρωτ. 17912/21-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών)
2. Τα υπ'αριθμ. πρωτ. **18605/29-7-2020 & 18606/29-7-2020 Υπομνήματα της εταιρείας MEDITECHNIK MON IKE** επί της προσφοράς της εταιρείας KMS MEDICAL IKE & ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ αντίστοιχα (διαβιβάστηκαν στην επιτροπή με το υπ'αρ. πρωτ. 18613/29-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών)

3. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 18647/30-7-2020 Υπόμνημα της εταιρείας **KMS MEDICAL IKE** επί της προσφοράς της εταιρείας **MEDITECHNIK MON IKE** (διαβιβάστηκε στην επιτροπή με το υπ'αρ. πρωτ. 18658/30-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών)
4. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 19221/6-8-2020 Υπόμνημα της εταιρείας **ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ** επί της προσφοράς των εταιρειών **MEDITECHNIK MON IKE & KMS MEDICAL IKE** (διαβιβάστηκε στην επιτροπή με το υπ'αρ. πρωτ. 19235/6-8-2020 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών και διαπίστωσε ότι:

1. Η εταιρεία **KMS MEDICAL I.K.E.** προσφέρει το ακτινοδιαγνωστικό σύστημα ακτινογράφησης (Radiography), του κατασκευαστικού οίκου **DRGEM Κορέας** μοντέλο **GXR-68SD** ως εξής:

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ DRGEM GXR-SD

1. Υψίσυχη γεννήτρια ακτίνων-Χ (GXR-68) ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή.
Μία (1) DRGEM - DXT14U Ακτινολογική Λυχνία διπλοεστιακή περιστρεφόμενης ανόδου
2. Μία (1) PBT-6 Εξεταστική ηλεκτροκίνητη τράπεζα για ακτινογραφίες σώματος
3. Μία (1) TS-CSA Ανάρτηση οροφής για τη στήριξη της ακτινολογικής Λυχνίας.
4. Μία (1) WBS-TM Κολόνα για ακτινογραφίες θώρακος (ChestStand)
5. Εξαρτήματα στήριξης & τοποθέτησης ασθενών κλπ
6. Ένας (1) Ασύρματος Ψηφιακός Ανιχνευτής Τεχνολογίας **FLAT PANEL PaxScan 4336W**
7. Ένας (1) Ενσύρματος Ψηφιακός Ανιχνευτής Τεχνολογίας **FLAT PANEL PaxScan 4343R**
8. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ - DRGEM GXR-SD/CSD/USD PREMIUM Series Digital Radiography System

2. Η εταιρεία **ΑΠ.Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.**, προσφέρει Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα τύπου **CALYPSO** του κατασκευαστικού οίκου **GENERALMEDICALMERATE** Ιταλίας, αποτελούμενο από:

1. Γεννήτρια πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας, **OPERA G650DR** ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστές (microprocessor) και υψηλής συχνότητας 450kHz.
2. Μονάδα Ακτίνων Χ Ανάρτησης Οροφής **CALYPSO** με Ακτινολογική Λυχνία **OPERA RX 600**
3. Ακτινοδιαγνωστική Ανυψούμενη Τράπεζα **CALYPSO** πλεύουσας επιφάνειας με Ψηφιακό Ανιχνευτή τύπου **PAXSCAN 4336W V4(C)**
4. Όρθιο *bucky* **CALYPSO** με Ψηφιακό Ανιχνευτή τύπου **PAXSCAN 4343R (C)**
5. Σταθμό λήψης, αποθήκευσης & επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων **OPERA D4000RAD** του κατασκευαστικού οίκου **GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.**

3) Η εταιρεία **MEDITECHNIC M.I.K.E.** προσφέρει **ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ DR (ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ)** μοντέλο **Perform-X ATC** του κατασκευαστικού οίκου **CONTROL-X**, Ουγγαρίας.

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και διαπίστωσε ότι:

1. KMS MEDICAL I.K.E.

Η προσφορά της εταιρείας **KMS MEDICAL I.K.E.** **ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ** διότι:

1). Δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση της παραγράφου Β4 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ της διακήρυξης αναφορικά με την εγγραφή δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας καθότι όπως προέκυψε από τον έλεγχο των εγγράφων του ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, δεν συμπεριλαμβάνεται η σχετική εγγραφή δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εταιρεία KMS MEDICAL IKE όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα του φακέλου τεχνικής προσφοράς είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας (Authorized Distributor) και συνεπώς δεν μπορεί να βεβαιώνει για λογαριασμό του κατασκευαστή DRGEM την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

2). Δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση της παραγράφου Δ2 των Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ της διακήρυξης αναφορικά με την κατάθεση επι ποινή απόρριψης πιστοποιητικών CEκαι ISOσειράς 9000 του κατασκευαστή για τα μη ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Συγκεκριμένα η εταιρεία KMSMEDICALIKE όπως προέκυψε από τον έλεγχο των εγγράφων του ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, δεν καταθέτει τα πιστοποιητικά CEκαι ISOσειράς 9000 κλιματιστικής μονάδας 24000 btu τύπου inverter στον χώρο εξέτασης που αναφέρεται στην τεχνική της προσφοράς. Επιπροσθέτως δεν αναφέρει κατασκευαστή και μοντέλο της κλιματιστικής μονάδας 24.000 btu τύπου inverter ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της κλιματιστικής μονάδας και της καταλληλότητας της για την απαιτούμενη χρήση.

Κατόπιν των ανωτέρω η προσφορά της εταιρείας KMS MEDICAL I.K.E, για το προσφερόμενο ακτινοδιαγνωστικό σύστημα ακτινογράφησης (Radiography), του οίκου DRGEM Κορέας μοντέλο GXR-68SD, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ και δεν αξιολογείται περαιτέρω, λόγω της μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω ουσιώδεις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ

*Η προσφορά της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ **ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ** καθώς:*

Α) Όπως προκύπτει από τον έλεγχο του ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η προσφορά της ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ καλύπτει πλήρως όλες της απαιτήσεις της διακήρυξης (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, κλπ)

Β) Οι λοιποί οροί των τεχνικών προδιαγραφών ικανοποιούνται πλήρως. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. καλύπτει και σε ορισμένα σημεία υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

3. MEDITECHNIC M.I.K.E

*Η προσφορά της εταιρείας **MEDITECHNIC M.I.K.E. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ** διότι:*

1). Δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση των παραγράφων Δ1 & Δ2 των Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ της διακήρυξης αναφορικά με την κατάθεση επί ποινή απόρριψης πιστοποιητικών CE (οδηγία 93/42/EE) και ISO σειράς 13485 του κατασκευαστή.

Συγκεκριμένα η εταιρεία MEDITECHNIC M.I.K.E όπως προέκυψε από τον έλεγχο των εγγράφων του ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΔΕΝ έχει καταθέσει πιστοποιητικό σήμανσης CE (οδηγία 93/42/EE) που να αναφέρει το συγκεκριμένο μοντέλο CMP200DR της ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ, ΔΕΝ έχει καταθέσει

πιστοποιητικό σήμανσης CE που να αναφέρει το συγκεκριμένο μοντέλο Vagex RAD-60 της Ακτινολογικής Λυχνίας, ΔΕΝ έχει καταθέσει πιστοποιητικά ISO 13485 για τους κατασκευαστικούς οίκους CPI & VAREX.

2). Δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση της παραγράφου Δ2 των Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ της διακήρυξης αναφορικά με την κατάθεση επι ποινή απόρριψης πιστοποιητικών CE και ISO σειράς 9000 του κατασκευαστή για τα μη ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Συγκεκριμένα η εταιρεία MEDITECHNIC M.I.K.E όπως προέκυψε από τον έλεγχο των εγγράφων του ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, έχει καταθέσει πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 του κατασκευαστικού οίκου DELL του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με ημερομηνία λήξης προγενέστερη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης του κατατιθέμενου πιστοποιητικού σειράς ISO 9000 (dell-worldwide-iso9001.pdf) είναι η 24^η Ιανουαρίου 2020.

3). Δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση της παραγράφου Δ2 των Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ της διακήρυξης αναφορικά με την κατάθεση επι ποινή απόρριψης πιστοποιητικών CE και ISO σειράς 9000 του κατασκευαστή για τα μη ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Συγκεκριμένα η εταιρεία MEDITECHNIC M.I.K.E όπως προέκυψε από τον έλεγχο των εγγράφων του ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, δεν καταθέτει τα πιστοποιητικά CE και ISO σειράς 9000 κλιματιστικής μονάδας 24000 btu τύπου inverter στον χώρο εξέτασης που αναφέρεται στην τεχνική της προσφορά. Επιπροσθέτως δεν αναφέρει κατασκευαστή και μοντέλο της κλιματιστικής μονάδας 24.000 btu τύπου inverter ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της κλιματιστικής μονάδας και της καταλληλότητας της για την απαιτούμενη χρήση.

4). Δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση της παραγράφου Β4 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ της διακήρυξης αναφορικά με την εγγραφή δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας καθότι όπως προέκυψε από τον έλεγχο των εγγράφων του ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, δεν συμπεριλαμβάνεται η σχετική εγγραφή δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας για την προσφερόμενη ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ μοντέλο CMP200DR του κατασκευαστικού οίκου CPI Καναδά, την ακτινολογική λυχνία RAD-60 του κατασκευαστικού οίκου VAREX, τους ψηφιακούς ανιχνευτές 1717SCCSGC/1717WCCWGC του κατασκευαστικού οίκου RAYENCE. Στην κατατιθέμενη Δήλωση (Declaration) του κατασκευαστικού οίκου Control X ΔΕΝ υπάρχει καμία αναφορά στα ανωτέρω συγκεκριμένα μέρη του προσφερόμενου ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ DR (ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) Perform-X ATC. Επιπροσθέτως ούτε στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου Control X δεν υπάρχει σαφής αναφορά στα ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ μοντέλο CMP200DR του κατασκευαστικού οίκου CPI Καναδά, την ακτινολογική λυχνία RAD-60 του κατασκευαστικού οίκου VAREX, τους ψηφιακούς ανιχνευτές 1717SCCSGC/1717WCCWGC του κατασκευαστικού οίκου RAYENCE

Κατόπιν των ανωτέρω η προσφορά της εταιρείας MEDITECHNIC M.I.K.E για το προσφερόμενο ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ DR (ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) μοντέλο Perform-X ATC του κατασκευαστικού οίκου CONTROL-X, Ουγγαρίας, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ και δεν αξιολογείται περαιτέρω, λόγω της μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω ουσιώδεις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια η επιτροπή σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της προσφοράς της εταιρείας ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ. Αναλυτικά η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου αλλά και η Συνολική βαθμολογία (ΣΒ) των τεχνικών προσφορών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1	Γεννήτρια Ακτίνων	10%	110	11	<i>Το προσφερόμενο σύστημα της εταιρείας ΑΠ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ διαθέτει υψηλής συχνότητας 450kHz γεννήτρια ακτίνων Χ και μεγάλο αριθμό ανατομικών προγραμμάτων (1.024).</i>
2	Μονάδα Ακτίνων Χ (Ανάρτηση οροφής) με Ακτινολογική λυχνία	10%	120	12	<i>Το προσφερόμενο σύστημα της εταιρείας ΑΠ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ διαθέτει μεγάλο εύρος κινήσεων της ανάρτησης οροφής και συγχρονισμένη κίνηση (autotracking) και στην οριζόντια τράπεζα και στο όρθιο bucky.</i> <i>Διαθέτει μεγάλο εύρος περιστροφής της λυχνίας. Διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας (600kHU), μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος λυχνίας (1860kHU), υψηλό ρυθμό θερμοαπαγωγής λυχνίας (80kHU/min) και υψηλό ρυθμό θερμοαπαγωγής περιβλήματος (48kHU/min).</i>
3	Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα	10%	120	12	<i>Το προσφερόμενο σύστημα της εταιρείας ΑΠ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ διαθέτει μεγάλο εύρος κινήσεων της ακτινοδιαγνωστικής τράπεζας, μεγάλο εύρος καθ' ύψος κίνησης και υψηλή αντοχή σε βάρος ασθενούς (250Kg).</i>

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
4	Όρθιο Bucky	10%	115	11,5	<i>Το προσφερόμενο σύστημα της εταιρείας ΑΠ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ διαθέτει μεγάλη καθ' ύψος κίνηση και κλίση του όρθιου Bucky</i>
5	Σετ ψηφιακών ανιχνευτών για τραπέζι και Bucky	16%	120	19,2	<i>Το προσφερόμενο σύστημα της εταιρείας ΑΠ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ διαθέτει σετ ψηφιακών ανιχνευτών υψηλής ανάλυσης (3052x3052 & 3032x2436 pixel), μικρού μεγέθους pixel (139μm), υψηλό παράγοντα DQE και AD conversion 16bit.</i>
6	Σταθμός λήψης,Αποθήκευσης& ΕπεξεργασίαςΨηφιακών εικόνων	10%	120	12	<i>Το προσφερόμενο σύστημα της εταιρείας ΑΠ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ διαθέτει μεγάλοθόνη 23" multitouchdisplaycolor.Διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης (2TB).Διαθέτειδυνατότητα έως και 99x99 (9801) αποθηκευμένων εξετάσεων με τη χρήση αλγορίθμων επεξεργασίας πραγματικού χρόνου εικόνας που αναπτύσσονται ειδικά για κάθε ανατομικό τμήμα.</i>
7	Παρελκόμενα	4%	100	4	<i>Το προσφερόμενο σύστημα της εταιρείας ΑΠ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ διαθέτει πλήρες σετ παρελκομένων.</i>
8	Χρόνος ποιοτικής και ποσοτικήςΠαράδοσης: 150ημέρες	3%	110	3,3	<i>Η εταιρεία ΑΠ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ προσφέρει χρόνο ποιοτικής και ποσοτικής παράδοσης 130 ημέρες.</i>
9	Πρόγραμμα Εκπαίδευσης γιατους χρήστεςκαιΤεχνικούς ΒΙΤ	4%	120	4,8	<i>Η εταιρεία ΑΠ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ προσφέρει δύο δωρεάν επιπλέον εκπαιδεύσεις.</i>

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
10	Εγγύηση καλής λειτουργίας: Διάρκεια (τουλάχιστον 3 έτη)	15%	110	16,5	<i>Η εταιρεία ΑΠ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 4 ετών.</i>
11	Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών	8%	115	9,2	<i>Η εταιρεία ΑΠ.ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ δεσμεύεται να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για 12 έτη μετά την παράδοση αυτού</i>

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΒ_{ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΑΕ})

115,5

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Περίφανος Σπυρίδων
2. Τσουρβάκας Στέφανος
3. Ματσάγγα Φωτεινή

**Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω
Και μετά από διαλογική συζήτηση**

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει ως έχει το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ακτινογραφικού μηχανήματος Ψηφιακού DR (με ανάρτηση οροφής» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8) με αρ. Διακ. 22/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 80443) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν

.....
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Π. Γρηγορίου

Τα μέλη

Παναγιώτου Γεώργιος

Γιαννακός Κωνσταντίνος

Μυλωνάς Στέφανος

Κόσυβα Σταυρούλα

Η γραμματέας του Συμβουλίου

Παπαβασιλείου Στυλιανή