

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

Της υπ' αριθμ. **3ης/28-1-2021** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  
Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Στα Τρίκαλα σήμερα την 28 Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ: 2091/26-1-2021 πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διοικητή και Πρόεδρο του ΔΣ, Γρηγορίου Κωνσταντίνο, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτου Γεώργιο, τον κ. Μυλωνά Στέφανο- τακτικό μέλος, την κ. Κόσσυβα Σταυρούλα- τακτικό μέλος και της κ. Παπαβασιλείου Στυλιανής- Γραμματέως του ΔΣ.

Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γρηγορίου Κωνσταντίνου, αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση:

.....  
**ΑΠΟΦΑΣΗ 59**

**ΘΕΜΑ 17ο:** Έγκριση νέου πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών «προμήθεια και εγκατάσταση φορητού Ακτινοσκοπικού C- ARM Ορθοπεδικού»

**Τίθεται υπόψη του Δ.Σ.:**

1. Η αριθμ. πρωτ. 1331/18-1-2021 εισήγηση του Τμ. Προμηθειών σχετικά με έγκριση νέου πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1619/2020 Απόφασης ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE ΑΕ η οποία κατατέθηκε στο πλαίσιο του Επαναληπτικού διαγωνισμού με αρ. Διακ. 19/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108) για την «προμήθεια και εγκατάσταση φορητού Ακτινοσκοπικού C- ARM Ορθοπεδικού» (ΥΠΟΕΡΓΟ 7), η οποία έχει ως εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το **N.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ' αρ. πρωτ. **1141/3-5-2018 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ)** του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5022174 και στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο 4 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 315.000,00€
3. Την υπ' αρ. πρωτ. **4844/19-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 6ΑΤ27ΛΡ-2Τ6)** σχετικά με την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5022174 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

σύμφωνα με την οποία το ΥΠΟΕΡΓΟ 4 το οποίο αποτελείται από 2 τμήματα, διασπάται σε 2 νέα Υποέργα με α/α 7 & 8

4. Την **υπ'αριθμ. 19/2020 Επαναπροκήρυξη** (ΑΔΑΜ: 20PROC006830338) με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108
5. Την **υπ'αριθμ. 797/35/29-9-2020 Απόφαση ΔΣ** (ΑΔΑ: 6ΜΝΘ46907Φ-5ΤΚ) σχετική με έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού με αρ. διακ. 19/2020
6. Την **υπ'αριθμ. πρωτ. 24873/13-10-2020 Προδικαστική Προσφυγή** της εταιρείας GE HEALTHCARE ΑΒΕΕ επί της υπ'αριθμ. 797/35/29-9-2020 Απόφασης ΔΣ έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 7) με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (αρ. διακ. 19/2020)» η οποία κατατέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την Δευτέρα 12/10/2020.
7. Το **υπ'αριθμ. πρωτ. 29425/30-11-2020 έγγραφο** της εταιρείας ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ το οποίο κατέθεσε μέσω ΕΣΗΔΗΣ και με το οποίο ενημερώνει ότι αποσύρει την υπ'αριθμ. 183889 προσφορά του που κατέθεσε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού με αρ. διακ. 19/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108)
8. Την **υπ'αριθμ. 1619/2020 Απόφαση ΑΕΠΠ (αρ. πρωτ. 30667/10-12-2020)** επί της Προδικαστικής Προσφυγής που κατέθεσε η εταιρεία GE HEALTHCARE ΑΕ (ΓΑΚ –ΑΕΠΠ 1458/13-10-2020)
9. Την **υπ'αριθμ. 1082/47/10-12-2020 Απόφαση ΔΣ** με την οποία γίνεται δεκτή η απόσυρση της προσφοράς της εταιρείας ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ και αποφασίζεται η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής.
10. Την **υπ'αριθμ. 1126/49/23-12-2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΔΧΗ46907Φ-ΞΨΧ)** σχετικά με συμμόρφωση με την υπ'αριθμ. πρωτ. 1619/2020 Απόφαση της ΑΕΠΠ
11. Το **υπ'αριθμ. πρωτ. 32577/31-12-2020 έγγραφο της επιτροπής** σχετικό με αίτημα διευκρινίσεων προς την εταιρεία SIEMENS βάσει της Απόφασης της ΑΕΠΠ
12. Το **υπ'αριθμ. Πρωτ. 373/7-1-2021 έγγραφο της εταιρείας SIEMENS** σε απάντηση του σχετ. 11
13. Το από 15/1/2021 ΝΕΟ πρακτικό επιτροπής σχετικό με αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ**» με αριθμό Διακήρυξης 19/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108) σε συνέχεια της υπ'αριθμ. 1619/2020 Απόφασης ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE ΑΕ.

Στα Τρίκαλα την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8729/26-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΕΝ46907Φ-4Υ0) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι:

1. Τσουρβάκας Στέφανος (Δ/ντης Ορθοπεδικής – τακτικό μέλος)
2. Περίφανος Σπυρίδων (Συντ. Δ/ντης Ακτινοδιαγνωστικής - τακτικό μέλος)
3. Ματσάγγα Φωτεινή (ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας - τακτικό μέλος)

**Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της:**

1. την υπ' αριθμ. **358/17/20-5-2020 (ΑΔΑ: 66ΗΗ46907Φ-93Φ) Απόφαση ΔΣ** του Νοσοκομείου, σχετική με την ακύρωση της υπ' αριθμ. 9/2020 Διακήρυξης, την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με τις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 287/10/24-4-2020 Απόφαση ΔΣ και την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης,
2. την υπ' αριθμ. **19/2020 Διακήρυξη,**
3. Την υπ' αριθμ. **797/35/29-9-2020 Απόφαση ΔΣ** (ΑΔΑ: 6ΜΝΘ46907Φ-5ΤΚ) σχετική με έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού με αρ. διακ. 19/2020
4. Την υπ' αριθμ. **1082/47/10-12-2020 Απόφαση ΔΣ** με την οποία γίνεται δεκτή η απόσυρση της προσφοράς της εταιρείας ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ και αποφασίζεται η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής.
5. Την υπ' αριθμ. **1619/2020 Απόφαση ΑΕΠΠ** επί της Προδικαστικής Προσφυγής που κατέθεσε η εταιρεία GE HEALTHCARE ΑΕ
6. Την υπ' αριθμ. **1126/49/23-12-2020 Απόφαση ΔΣ** (ΑΔΑ: ΩΔΧΗ46907Φ-ΞΨΧ) περί συμμόρφωσης με την υπ' αριθμ. 1619/2020 Απόφασης ΑΕΠΠ
7. Το υπ' αριθμ. **πρωτ. 32577/31-12-2020 έγγραφο επιτροπής** με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις από την εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE MON. ΑΒΕΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1619/2020 Απόφαση ΑΕΠΠ
8. Το υπ' αριθμ. **πρωτ. 373/7-1-2021 έγγραφο της εταιρείας SIEMENS HEALTHCARE MON. ΑΒΕΕ** με το οποίο δίνει τις σχετικές διευκρινίσεις για την προδιαγραφή με α/α 7.
9. και τις διατάξεις του **Ν.4412/2016**

διαπίστωσε ότι στην προδιαγραφή με α/α 7 ζητείται σύγχρονο χειριστήριο και να έχει ειδικά δυνατότητα τηλεχειρισμού. Η έννοια του τηλεχειρισμού εξειδικεύεται προκειμένου το σύστημα να μην περιορίζεται από την ύπαρξη καλωδίων κατά τον χειρισμό, με τους περιορισμούς που αυτά φέρουν. Εξάλλου, οι διακόπτες με καλώδιο βρίσκονται στην βασική έκδοση όλων αυτών των συστημάτων και δεν θα χρειαζόταν η εξειδίκευση του όρου. Η εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE MON. ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την προσφορά της και το υπ' αριθμ. πρωτ. 373/7-1-2021 έγγραφο της με διευκρινίσεις επί της προδιαγραφής με α/α 7, προσφέρει χειριστήριο με καλώδιο το οποίο περιορίζει την χρήση στο χειρουργείο και συντελεί στην μη διευκόλυνση των εκάστοτε επεμβάσεων. Ως εκ τούτου, δεν πληροί την τεχνική προδιαγραφή και βάσει του άρθρου 2.3.2 της διακήρυξης η προσφορά της **ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.**

**Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι:**

- 1) Η εταιρεία ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ απέσυρε την προσφορά της (βλ. 1082/47/10-12-2020 Απόφαση ΔΣ)
- 2) Η προσφορά της εταιρείας SIEMENS HEALTHCARE MON. ΑΒΕΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η επιτροπή σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της προσφοράς της εταιρείας GE HEALTHCARE ΑΕ. Αναλυτικά η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου αλλά και η Συνολική βαθμολογία (ΣΒ) της τεχνικής προσφοράς παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	GE HEALTHCARE AE	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	GE HEALTHCARE ΑΕ		ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100
			ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	
i = 1	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 1	2%	110	2,2	Μικρότερες Διαστάσεις και βάρος
i = 2	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 2	6%	100	6	
i = 3	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 3	6%	120	7,2	Ικανότητα συνολικού φίλτραρίσματος
i = 4	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 4	6%	120	7,2	Αυξημένη θερμοχωρητικότητα, ύπαρξη αυτοματισμού ελέγχου και ένδειξη θερμότητας
i = 5	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 5	5%	120	6	Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων και ικανότητας μεγέθυνσης
i = 6	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 6	5%	100	5	
i = 7	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 7	4%	100	4	
i = 8	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 8	5%	100	5	
i = 9	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 9	5%	110	5,5	Αναλογικά βάσει περιγραφόμενων δυνατοτήτων
i = 10	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 10	2%	110	2,2	Υπερκάλυψη κατά 0,5%
i = 11	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 11	4%	100	4	
i = 12	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 12	4%	100	4	
i = 13	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 13	2%	100	2	
i = 14	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 14	5%	100	5	
i = 15	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 15	2%	100	2	
i = 16	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 16	2%	100	2	
i = 17	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 17	2%	100	2	
i = 18	Κριτήριο Αξιολόγησης με α/α 18	3%	100	3	
i = 19	Χρόνος ποσοτικής και ποιοτικής Παράδοσης: 90 ημέρες	3%	100	3	
i = 20	Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τους χρήστες και τεχνικούς ΒΙΤ	4%	100	4	

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	GE HEALTHCARE ΑΕ		ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100
i = 21	Εγγύηση καλής λειτουργίας : Διάρκεια (τουλάχιστον 3 έτη)	15%	120	18	Διάρκεια εγγύησης 7 έτη
i = 22	Περίοδος πλήρους συντήρησης – επισκευών	8%	100	8	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΒj ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>			<b>GE</b>	<b>107,3</b>	

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

#### ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τσουρβάκας Στέφανος
2. Περίφανος Σπυρίδων
3. Ματσάγγα Φωτεινή

**Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  
Και μετά από διαλογική συζήτηση**

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει ως έχει το νέο πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την «προμήθεια και εγκατάσταση φορητού Ακτινοσκοπικού C- ARM Ορθοπεδικού» (ΥΠΟΕΡΓΟ 7)

**Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Κωνσταντίνος Π. Γρηγορίου**

**Τα μέλη**

**Η γραμματέας του Συμβουλίου**

Παναγιώτου Γεώργιος

Μυλωνάς Στέφανος

Κόσυβα Σταυρούλα

Παπαβασιλείου Στυλιανή