



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Διαγωνισμοί)
Ταχ. Δ/ση: Καρδίτσης 56 Τ.Κ. 42 131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313 50702 Φαξ: 2431035157
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Πληροφ.: Β. Τσιάντου, Μ. Χρυσικού

Τρίκαλα: 18/6/2020
Αρ. Πρωτ. 15410

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 22/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 80443) ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ DR (ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ)»**

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ πρωτ. 15173/16-6-2020 αιτήματος διευκρινίσεων και του υπ' αριθμ πρωτ. 15396/18-6-2020 εγγράφου της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινογραφικού Μηχανήματος Ψηφιακού DR (με ανάρτηση οροφής), στη συνέχεια θα βρείτε διευκρινίσεις επί της υπ' αριθμ. 22/2020 διακήρυξης:

1. Στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** στην **ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ** στην ενότητα **ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ** και ειδικότερα στην απαίτηση «*Εύρος τιμών mAs*» διευκρινίζεται ότι:
«Το εύρος τιμών είναι 0.1 έως τουλάχιστον 800mAs όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.»
2. Στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** και ειδικότερα στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** διευκρινίζεται ότι:
«Η περιγραφή των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών και ειδικότερα στις οδηγίες που αναφέρονται στη σελίδα 76. Σε ότι αφορά τις πληροφορίες και τα πιστοποιητικά των υλικών και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν παρακαλούμε λάβετε υπόψη το σημείο Δ2 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ σχετικά με τα πιστοποιητικά των μη ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
3. Στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** και ειδικότερα στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** και σε ότι αφορά την θέση του υπάρχοντος όρθιου bucky και την θέση που βρίσκεται τοποθετημένο

στην ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
διευκρινίζεται ότι:

«Οι αποστάσεις (κέντρο) του υπάρχοντος *bucky* από τις πλευρές του χώρου:

- **Από την πλευρά ΓΔ απέχει 175 cm** και όχι 80cm που έχει γραφτεί στην περιγραφή στο σημείο 8 :Ενίσχυση Ακτινοθωράκισης χώρου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

- **Από την πλευρά ΓΗ απέχει 183 cm**

- **Από την πλευρά ΔΕ απέχει 158cm**

Επιπρόσθετα οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι 66ΧΥ58cm και μετακινείται σε στήριγμα διαστάσεων 24ΧΥ199cm.»

4. Υπενθυμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με το σημείο Γ1 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν την δυνατότητα να διενεργήσουν επιτόπια επίσκεψη για να λάβουν γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης, ώστε να μπορούν να προβλέψουν όλες τις αναγκαίες ενέργειες και κόστη και να τις συμπεριλάβουν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 80443), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 5^{ης} ΥΠΕ (www.dypethessaly.gr) (Προμήθειες ΕΣΠΑ -> ΓΝ Τρικάλων) και στην ιστοσελίδα του ΓΝ Τρικάλων (www.trikalahospital.gr)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ