

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της υπ' αριθμ. **3ης/28-1-2021** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Στα Τρίκαλα σήμερα την 28 Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ: 2091/26-1-2021 πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διοικητή και Πρόεδρο του ΔΣ, Γρηγορίου Κωνσταντίνο, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτου Γεώργιο, τον κ. Μυλωνά Στέφανο- τακτικό μέλος, την κ. Κόσσυβα Σταυρούλα- τακτικό μέλος και της κ. Παπαβασιλείου Στυλιανής- Γραμματέως του ΔΣ.

Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γρηγορίου Κωνσταντίνου, αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση:

.....
ΑΠΟΦΑΣΗ 90

ΘΕΜΑ 2^ο Εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 : « Προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ (8) αναπνευστήρων βαρέως τύπου (χωρίς τουρμπίνα αέρα) για την ΜΕΘ του Νοσοκομείου.

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ.:

1. Η αριθμ. πρωτ. 2178/27-1-2021 εισήγηση του Τμ. Προμηθειών σχετικά με έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 : « Προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ (8) αναπνευστήρων βαρέως τύπου (χωρίς τουρμπίνα αέρα) για την ΜΕΘ του Νοσοκομείου με αριθμό Διακήρυξης 53/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 101693) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΜΙΣ 5070651, με τους κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Ν.4472/2017, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Το Ν. 4542/2018, «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου

- Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την υπ' αριθμ.090/27-4-2020 πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο: «Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-19 και για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε ανθεκτικές υπηρεσίες υγείας»,
 5. Το υπ' αριθμ.πρωτ.38593/4-5-2020 έγγραφο της 5ης Υ.ΠΕ. σχετικό με, την επισήμανση ότι «πριν την οριστική υποβολή της ανωτέρω πρότασης, θα πρέπει απαραίτητα να φέρει τη σύμφωνη γνώμη ή έγκριση του αιτήματος από την 5η Υ.ΠΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις»,
 6. Την υπ' αριθμ.345/16/14-5-2020(ΑΔΑ:ΩΣΑ446907Φ-ΑΞΟ) Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων σχετική με «Πρόσκληση με κωδικό 090 και τίτλο: Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.....»
 7. Την υπ' αριθμ.454/22/16-6-2020(ΑΔΑ:9ΠΖ846907Φ-Λ49) Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων σχετική με «Υποβολή επικαιροποιημένης πρότασης έργου για ένταξη στην Πρόσκληση με κωδικό 090 του ΕΣΠΑ 2014-2020 του Νοσοκομείου Τρικάλων και σύσταση επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών»,
 8. Την υπ' αριθμ.70837/10-8-2020 (ΑΔΑ:6ΞΡ3469Η2Γ-ΒΝΚ) Απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝ Τρικάλων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 090 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020),
 9. Την υπ' αριθμ.666/30ης/21-8-2020(ΑΔΑ:9ΡΖΧ46907Φ-0ΘΞ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΘ (χωρίς τουρμπίνα αέρα)»,
 10. Την υπ' αριθμ.658/30ης/21-8-2020(ΑΔΑ:6Κ7546907Φ-ΤΦΑ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου σχετική με, την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας των έργων του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού τα οποία περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ.090 Πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας(ΕΣΠΑ 2014-2020), με προϋπολογιζόμενη δαπάνη από 15.000,00€ έως 45.000,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
 11. Την υπ' αριθμ.πρωτ.20557/26-08-2020(ΑΔΑ:ΨΘΟΤ46907Φ-4Μ6) Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου σχετική με την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας, των έργων του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού τα οποία περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ.090 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020), με προϋπολογισθείσα δαπάνη έως 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
 12. Την υπ' αρ.πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ:6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Πράξης «**Προμήθεια Εξοπλισμού και ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-19 του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων**» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5070651,
 13. Το υπ' αριθμ.πρωτ.1016/26-3-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας σχετικά με «Προώθηση έργων Εξοπλισμών Υγείας που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ.Θ στο πλαίσιο και με τους κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού»,
 14. Τις υπ' αριθμ.Πρωτ.1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με «Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19» & «Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 – Νεότερες διευκρινίσεις» αντίστοιχα,
 15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με: «Ειδικά Ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19 καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του»,
 16. Την υπ' αριθμ.32492/24-03-2020 Υ.Α (τροποποίηση της 137675/ΕΥΘΥ1016(ΦΕΚ 5948/31-12-18) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων Συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2104-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς -»,
17. Την υπ' αριθμ. **989/43^{ης}/20-11-2020(ΑΔΑ:ΨΙΧΒ46907Φ-2ΟΦ)** Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου σχετική με έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Διενέργειας Διαγωνισμού,
 18. Την υπ' αριθμ. **53/2020** Διακήρυξη,
 19. Το γεγονός ότι στον ανωτέρω διαγωνισμό σχετικά με την προμήθεια «**ΟΚΤΩ(8) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (χωρίς τουρμπίνα αέρα) για τη ΜΕΘ**» κατατέθηκε εξαρχής μία (1) μόνο προσφορά,
 20. Το γεγονός ότι στο άρθρο 3.1.2 της σχετικής διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 4 του ν.4412/2016 διευκρινίζεται ότι όταν εξαρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά εκδίδεται μια απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων ήτοι: δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά,
 21. Το υπ' αριθμ. πρωτ.1785/22-01-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών,
 22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **1806/22-01-2021(ΑΔΑ:ΨΛΝΝ46907Φ-Σ2Ψ)** Απόφαση Διοικητή ορισμού ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών,
 23. Το υπ' αριθμ. πρωτ. **2173/27-01-2021** Πρακτικό αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς.

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω πρακτικά και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:

- 1) Την έγκριση του υπ' αριθμ. πρωτ.1785/22-01-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς,
- 2) Την έγκριση του υπ' αριθμ. πρωτ.2173/27-01-2021 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς,
- 3) Την επικύρωση της υπ' αριθμ.1806/22-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΝΝ46907Φ-Σ2Ψ) Απόφαση Διοικητή ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΚΤΩ(8) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ**» με αριθμό Διακήρυξης 53/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 101693)

Προϋπολογισμός δαπάνης 421.200,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων της παροχής υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1^ο έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Αναλυτικά:

1. Προμήθεια «**ΟΚΤΩ(8) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ(ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ**»: **234.000,00€ με ΦΠΑ**
2. Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1^ο έτος μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας: **23.400,00€ με ΦΠΑ**
3. Δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας και του 1^{ου} έτους συντήρησης: **163.800,00€ με ΦΠΑ**

Κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε:

Α. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

- Αριθμός δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 2020/S 238-587634

- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007802050)

Β. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω0ΦΜ46907Φ-ΣΟΒ)

- Εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (9/12/2020)

- Εφημερίδα Η ΕΡΕΥΝΑ (9/12/2020)

Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007802275)

- 5^η Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr)

- ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr)

Στα Τρίκαλα την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ' αριθμ.πρωτ.30830/11-12-2020 πρόσκληση μελών επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ.πρωτ.30752/11-12-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΛΩ46907Φ-Ε5Ξ) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι:

1. ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

2. ΤΣΙΟΚΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

3. ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της, την υπ' αριθμ.989/43^{ης}/20-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΙΧΒ46907Φ-20Φ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική με τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, την υπ' αριθμ.53/2020 Διακήρυξη, και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού (Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών προσφορών)

Για τον παρόντα διαγωνισμό κατατέθηκε μία (1) προσφορά, ως κάτωθι:

α/α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	Draeger Hellas AE	202351	21/12/2020 18:07:16	32009/23-12-2020

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπίστωσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατατέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και **ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΑ τα δικαιολογητικά συμμετοχής.**

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε το **φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς** και διαπίστωσε ότι:

1. Η εταιρεία Draeger Hellas AE προσφέρει **ΟΚΤΩ(8) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (χωρίς τουρμπίνα αέρα) Evita V 600 της Draeger, για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου.**

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης.

Αναλυτικά η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου αλλά και η Συνολική βαθμολογία (ΣΒ) της Τεχνικής Προσφοράς παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΑ Α :ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ					
Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	Draeger Hellas AE		ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
			ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	
Γενικά					
i = 1	Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου (230V/50Hz) και να είναι εφοδιασμένος με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να παρέχει αυτονομία	3%	100	3	

	τουλάχιστον 85 Λεπτών.				
i = 2	Να λειτουργεί τροφοδοτούμενος από κεντρική παροχή οξυγόνου (με πίεση 2,5 - 6bar περίπου) καθώς και με πεπιεσμένο αέρα από κεντρική παροχή (με πίεση 2,5 - 6bar περίπου).	3%	100	3	
i = 3	Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, μεγέθους τουλάχιστον 15", με δυνατότητα περιστροφής προς όλες τις κατευθύνσεις, καθώς και απόσπασής της από το κυρίως σώμα του αναπνευστήρα. Επίσης να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον: <ul style="list-style-type: none"> • Τριών (3) κυματομορφών ταυτόχρονα (πίεσης, ροής, όγκου ή CO2 ως προς το χρόνο) • Βρόχων (όγκου-πίεσης, ροής-όγκου και ροής-πίεσης) • Τιμών και γραφημάτων τάσεων (trends) κατ' επιλογή του χειριστή. 	3%	110	3,3	Υπερκαλύπτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές
i = 4	Να εκτελεί απαραίτητως τα παρακάτω μοντέλα υποχρεωτικού και αυτόματου αερισμού: <ul style="list-style-type: none"> • Υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενο και ελεγχόμενο υποβοηθούμενο, όγκου και πίεσης (VCV, VCV-AC, PCV, PCV-AC) • Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό όγκου και πίεσης (VC-SIMV, PC-SIMV) • Συγχρονισμένο, υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης, που να επιτρέπει τον αυθόρμητο αερισμό του ασθενούς και κατά την εισπνοή και κατά την εκπνοή (PC-BIPAP / BiLevel κλπ) • Αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης με ή χωρίς υποστήριξη πίεσης (CPAP/ PS) • Αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης με ή χωρίς υποστήριξη όγκου (CPAP/ VS) • Αερισμό όγκου με την χαμηλότερη δυνατή πίεση με ή χωρίς δυνατότητα συγχρονισμού και πίεση υποστήριξης. • Αερισμός με τον οποίο να ελέγχεται ο όγκος κατά λεπτό, με την δυνατότητα να προσαρμόζεται ο αριθμός των μηχανικών αναπνοών αυτόματα βάσει τον αυτόματων αναπνοών του ασθενή. 	3%	100	3	
i = 5	Να διαθέτει επίσης έναν τουλάχιστον τρόπο αερισμού από τους παρακάτω: <ul style="list-style-type: none"> • Αυτόματο πρόγραμμα απογαλακτισμού το οποίο υποχρεωτικά να λαμβάνει υπόψη τα εξής: την καπνογραφία, την κατηγορία του ασθενή (ιδανικό βάρος κλπ) και να ρυθμίζει βάσει αυτών αυτόματα τον αερισμό του ασθενούς (pressure support). • Λειτουργία αυτόματης προσαρμογής της πίεσης υποστήριξης σε σχέση με προκαθορισμένο ποσό μεταβλητότητας (κυμαινόμενη υποστήριξη) 	3%	100	3	
i = 6	Να διαθέτει λογισμικό για εκτέλεση μη επεμβατικού αερισμού (NIV), να αναφερθούν τα μοντέλα, με αυτόματη αντιστάθμιση ροής των διαρροών έως 80	3%	100	3	

	L/min τουλάχιστον. Είναι επιθυμητό το σύστημα να μειώνει την ροή σε περίπτωση αφαίρεσης της μάσκας ή του σωλήνα για να μην υπάρχει επιμόλυνση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.				
i = 7	<p>Να διαθέτει λειτουργία οξυγονοθεραπείας τύπου υψηλής ροής, τουλάχιστον 50 L/min, κατά την οποία ο χειριστής θα ρυθμίζει το ποσοστό οξυγόνου και την συνολική ροή.</p> <p>Να υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί για μελλοντική αναβάθμιση συμβατός ενεργός υγραντήρας με τα απαραίτητα καλώδια για τη ύγρανση και θέρμανση του κυκλώματος.</p>	3%	100	3	
i = 8	<p>Να διαθέτει δυνατότητα παρακολούθησης της καπνογραφίας και καπνομετρίας με τη μέθοδο mainstream ή sidestream. Να υπολογίζει το παραγόμενο διοξείδιο του ασθενούς (VCO₂) και τον όγκο του νεκρού χώρου (V_{ds}). Να υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί αισθητήρας μέτρησης καπνογραφίας και καπνομετρίας με δύο(2) κυβέττες πολλαπλών χρήσεων (κλιβανιζόμενες).</p>	2.5%	100	2,5	
i = 9	<p>Σε περίπτωση άπνοιας να ενεργοποιείται αυτόματα αερισμός άπνοιας, με προκαθορισμένες από τον χρήστη ρυθμίσεις παραμέτρων αερισμού, με αυτόματη επιστροφή όταν αποκατασταθεί η αναπνευστική ικανότητα του ασθενή.</p>	3%	100	3	
i = 10	<p>Να έχει δυνατότητα ρύθμισης των παρακάτω παραμέτρων αερισμού:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Χορηγούμενου όγκου 20 - 2000ml τουλάχιστον • Αναπνοών τουλάχιστον έως 100 BPM • Χρόνος εισπνοής από 0,1s έως 10s τουλάχιστον, με δυνατότητα επίτευξης σχέσεων I:E σε μεγάλο εύρος • Συνεχόμενη ροή εισπνοής έως 120 LPM τουλάχιστον • FiO₂ από 21% έως 100% • PEEP/CPAP από 0 έως 50mbar τουλάχιστον • Πίεση εισπνοής 5 - 90mbar τουλάχιστον • Πίεσης υποστήριξης (PressureSupport) από 0-60mbar τουλάχιστον • Trigger Ροής από 0,3 L/min έως 10 L/min τουλάχιστον • Επιθυμητό και Trigger Πίεσης (να αναφερθούν τα όρια ρύθμισης προς αξιολόγηση). 	3%	120	3,6	Υπερκαλύπτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές
i = 11	<p>Να έχει δυνατότητα μέτρησης και ένδειξης τουλάχιστον των παρακάτω παραμέτρων:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όγκου αναπνοής (Vt) • Συνολικού εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό (MV) και αυτόματης αναπνοής (MVspont) • Εισπνεόμενου όγκου • Μέγιστης, μέσης, τελιοεκπνευστικής και πίεσης plateau • Συνολική συχνότητα αναπνοών (f) • Πυκνότητα εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO₂) • Του λόγου I:E 	3%	100	3	

	• Αντιστάσεων (R) και δυναμικής ενδοτικότητας (Cdyn)				
i = 12	Να έχει δυνατότητα άμεσης χορήγησης 100% οξυγόνου με ειδικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας κατά την αναρρόφηση με αυτόματο πρόγραμμα προ-οξυγόνωσης, αναρρόφησης, μετά-οξυγόνωσης.	3%	100	3	
i = 13	Να διαθέτει αυτοματοποιημένη διαδικασία για την εκτέλεση ελιγμών ή αντίστοιχα εργαλεία για την ανίχνευση των σημείων καμπής (inflection points) και την επιστράτευση κλειστών κυψελίδων του πνεύμονα (lung recruitment). Να περιγραφούν προς αξιολόγηση.	3%	100	3	
i = 14	Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης αντιστάθμισης της αντίστασης του ενδοτραχειακού σωλήνα και μείωσης του έργου αναπνοής του ασθενή.	2.5%	100	2,5	
i = 15	Να διαθέτει συναγερμούς (Alarms) για τις παρακάτω τουλάχιστον περιπτώσεις: <ul style="list-style-type: none"> • Υψηλή και χαμηλή πίεση αερισμού • Άπνοια • Χαμηλό και υψηλό εκπνεόμενο όγκο ανά λεπτό • Χαμηλή και υψηλή συγκέντρωση εισπνεόμενου οξυγόνου • Υψηλή αναπνευστική συχνότητα • Πτώση τροφοδοσίας στο κεντρικό δίκτυο αέρα-οξυγόνου • Χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρία • Βλάβη συσκευής 	3%	100	3	
i = 16	Να διαθέτει τάσεις (trends) τουλάχιστον 72 ωρών για όλες τις αναπνευστικές παραμέτρους καθώς και μνήμη αποθήκευσης συμβάντων, ρυθμίσεων και συναγερμών του τελευταίου ασθενούς, προς ενημέρωση των χρηστών.	2.5%	100	2,5	
i = 17	Να διαθέτει δυνατότητα παγώματος κυματομορφών (freeze), λειτουργία αναφοράς (reference) για τους βρόχους (loops) με δυνατότητα μέτρησης τιμών.	3%	100	3	
i = 18	Να διαθέτει νεφελοποιητή φαρμάκων που να συγχρονίζεται με την φάση της εισπνοής. Η λειτουργία του νεφελοποιητή να μην επηρεάζει το χορηγούμενο κατά λεπτό όγκο.	3%	100	3	
i = 19	Τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα αέρια, συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα ροής, να είναι αποστειρώσιμα σε κλίβανο ατμού.	3%	100	3	
i = 20	Να διαθέτει σύστημα μέτρησης του χορηγούμενου οξυγόνου με ειδική κεφαλή (παραμαγνητική) που να μην χρησιμοποιεί αναλώσιμους αισθητήρες.	2.5%	100	2,5	
i = 21	Η βαθμονόμηση καθώς και η αντικατάσταση του αισθητήρα ροής να μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να επηρεάζεται ο μηχανικός αερισμός.	3%	100	3	
i = 22	Κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με: <ul style="list-style-type: none"> • Δύο (2) σετ των τμημάτων που διέρχονται 	3%	100	3	

	<p>εκπνεόμενα αέρια (όπως βαλβίδες εκπνοής, αισθητήρες ροής, τυχόν απαραίτητα φίλτρα κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναπνευστήρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ένα(1) σετ δοχείων νεφελοποίησης πολλαπλών χρήσεων • Έναν (1) δοκιμαστικό ασκό • Τρεις(3) μάσκες διαφορετικών μεγεθών στοματορινικές, μη επεμβατικού αερισμού (NIV) πολλαπλών χρήσεων, απολυμαινόμενη • Σωλήνες O2 και αέρα. 				
i = 23	<p>Για το σύνολο των αναπνευστήρων να παραδοθούν επίσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τέσσερις(4) βυσματούμενοι αισθητήρες μέτρησης καπνογραφίας και καπνομετρίας με δυνατότητα χρήσης σε όλους τους αναπνευστήρες, με οχτώ(8) κυβέττες πολλαπλών χρήσεων (κλιβανιζόμενες) (για την περίπτωση τεχνολογίας mainstream). • Τέσσερις(4) βυσματούμενοι ενισχυτές (modules) μέτρησης καπνογραφίας και καπνομετρίας με δυνατότητα χρήσης σε όλους τους αναπνευστήρες, με είκοσι(20) γραμμές δειγματοληψίας (για την περίπτωση τεχνολογίας sidestream). • Τρεις (3) συμβατοί ενεργοί υγραντήρες με τα απαραίτητα καλώδια για τη ύγρανση και θέρμανση του κύκλωματος • Πενήντα (50) τουλάχιστον ειδικές ρινικές κάνουλες για οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής, μαζί με κατάλληλο πλήρες θερμαινόμενο κύκλωμα, μίας χρήσης. 	3%	100	3	
i = 24	<p>Κάθε αναπνευστήρας να συνοδεύεται από:</p> <p>Ι. Παρακλίνιο ηλεκτρονικό υπολογιστή ιατρικού τύπου (medicalgrade) ο οποίος να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής, μεγέθους τουλάχιστον 21 ιντσών, υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 1920x1080) και με μεγάλη γωνία θέασης. • Τουλάχιστον δύο (2) θύρες RS-232 και τέσσερις (4) USB. • Θύρες δικτύου. • Σύγχρονο επεξεργαστή (επιπέδου intel i5 ή αντίστοιχο και άνω), μνήμη RAM τουλάχιστον 8 GB και αποθηκευτικό χώρο τύπου SSD με χωρητικότητα τουλάχιστον 100 GB. • Να διαθέτει περιστρεφόμενο βραχίονα στήριξης του παρακλίνιου υπολογιστή, με προσαρμογέα για την επιπρόσθετη στήριξη για πληκτρολόγιο και ποντίκι. • Να διαθέτει σχεδιασμό ανθεκτικό σε καθαρισμό με απολυμαντικά επιφανειών. • Πληκτρολόγιο και ποντίκι, με προστασία σε εισχώρηση υγρών και δυνατότητα καθαρισμού/πλυσίματος. • Λειτουργικό σύστημα Windows, της πιο 	3%	100	3	

	<p>πρόσφατης έκδοσης (Windows 10 κατ' ελάχιστο)</p> <p>II. Σε κάθε έναν από τους παραπάνω παρακλίνιους υπολογιστές να εκτελείται τοπικά το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης κλινικών δεδομένων ασθενών. Να επικοινωνεί και να δέχεται τα δεδομένα (δικτυακά μέσω του πρωτοκόλλου HL7 ή και μέσω άμεσης σύνδεσης, πχ RS232) από τις παρακάτω συσκευές που λειτουργούν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τον αναπνευστήρα • Το μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων • Αντλίες χορήγησης φαρμάκων <p>και να καταχωρεί αυτόματα τα δεδομένα (παραμέτρους) από αυτές στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς.</p>				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α΄				70	
ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 30%					
i =25	Χρόνος ποσοτικής και ποιοτικής Παράδοσης 90 ημέρες (βλ. ενότητα Γ).	3%	100	3	
i =26	Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς–φυσικούς–τεχνολόγους) και τους τεχνικούς BIT: δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί – χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, <u>πρόταση για την επανάληψη της αρχικής εκπαίδευσης άνευ πρόσθετης αμοιβής κατά την διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας</u> , πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαίδευσες σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος ANEY ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ.(βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε)	4%	100	4	
i =27	Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας: Διάρκεια τουλάχιστον 2 έτη (βλ. ενότητα Β)	15%	100	15	
i =28	Περίοδος πλήρους συντήρησης – επισκευών: ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση (aftersales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την οριστική παραλαβή, προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης. (βλ. αναλυτικά ΕΝΟΤΗΤΑ Β)	8%	100	8	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β΄				30	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΒj ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				100,9	

Η Επιτροπή **κάνει δεκτή** την Τεχνική Προσφορά της ανωτέρω εταιρείας διότι κατατέθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ.53/2020 Διακήρυξης και συγκέντρωσε **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΒj) 100,9**

Δεδομένου ότι στον παρόντα διαγωνισμό κατατέθηκε εξαρχής μια προσφορά και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 100, παρ. 4 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.1 της σχετικής διακήρυξης, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) για τις απαραίτητες ενέργειες.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
2. ΤΣΙΟΚΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
3. ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΚΤΩ(8) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ(χωρίς τουρμπίνα αέρα) για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου**» με αριθμό Διακήρυξης 53/2020 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 101693).

Στα Τρίκαλα την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών(Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ' αριθμ.πρωτ.1857/25-01-2021 πρόσκληση μελών επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ.30752/11-12-2020(ΑΔΑ:Ω5ΛΩ46907Φ-Ε5Ξ) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι:

1. ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
2. ΤΣΙΟΚΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
3. ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της, την υπ'αριθμ.989/43^{ης}/20-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΙΧΒ46907Φ-20Φ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική με τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, την υπ'αριθμ.53/2020 Διακήρυξη, το υπ'αριθμ.πρωτ.1785/22-01-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, την υπ'αριθμ.1803/22-01-2021(ΑΔΑ:ΨΛΝΝ46907Φ-Σ2Ψ) Απόφαση Διοικητή ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού

Η επιτροπή εξέτασε τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας DRAEGER HELLAS ΑΕ και διαπίστωσε ότι κατατέθηκε σύμφωνα με τα ζητούμενα της διακήρυξης.

Προσφέρει το είδος: ΟΚΤΩ(8) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (χωρίς τουρμπίνα αέρα) τύπου EVITA V 600 της Draeger.

Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους πίνακες Π1 και Π2 κατέγραψε τις τιμές ως κάτωθι:

1. DRAEGER HELLAS ΑΕ

Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ για το είδος χωρίς ΦΠΑ(Π):	187.800,00 €
Προσφερόμενη τιμή ετήσιας συντήρησης χωρίς ΦΠΑ (Τ):	18.870,00 €
Συνολική Τιμή πλήρους Συντήρησης Επισκευής μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας, χωρίς ΦΠΑ (Σ)	150.960,00 €

Έτη εγγύησης καλής λειτουργίας (ρ):**(2)**

Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τιμές, και την βαθμολογία επί της τεχνικής προσφοράς με βάση το **υπ' αριθμ. πρωτ.1785/22-01-2021 πρακτικό επιτροπής** προχώρησε στην βαθμολόγηση σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης.

Ειδικότερα, η επιτροπή προχώρησε στον υπολογισμό της ανηγμένης τιμής Σύγκρισης (Λ) σύμφωνα με τον τύπο:

$$\Lambda_j = \frac{\text{Συνολική τιμή προσφοράς (Κ}_j)}{\text{Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (ΣΒ}_j)} \quad (\text{ΤΥΠΟΣ 3})$$

Όπου

Κ_j η Συνολική Τιμή Προσφοράς του j προσφέροντος, η οποία δίδεται από τον τύπο:

$$Κ_j = Π_j + Σ_j * 0,75 = Π_j + [Τ1_j * (10 - ρ_j)] * 0,75 \quad (\text{ΤΥΠΟΣ 4})$$

	DRAEGER HELLAS AE
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΣΒ)*	100,9
ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Π)	187.800,00
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Τ)	18.870,00
ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ρ)	2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Σ)	150.960,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Κ) (ΤΥΠΟΣ 4)	301.020
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ (Λ)	2983,349851

* Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ.1785/22-01-2021 πρακτικό αξιολόγησης

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την Προμήθεια **ΟΚΤΩ(8) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (χωρίς τουρμπίνα αέρα) για τη ΜΕΘ, Evita V600 της Draeger** καθώς και την ανάθεση του πρώτου έτους συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας στην εταιρεία Draeger Hellas AE.

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και κατατίθεται για έγκριση στο ΔΣ προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
2. ΤΣΙΟΚΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
3. ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν.2690/1999** «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις»,

2. Το άρθρο 7 του **N.3329/2005**(ΦΕΚ 81/4-4-2005) «*Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις*», όπως ισχύει σήμερα,
3. Τον **N.4412/2016** «*Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την υπ' αριθμ.**090/27-4-2020 πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας** με τίτλο: «*Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-19 και για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε ανθεκτικές υπηρεσίες υγείας*»,
5. Την υπ' αριθμ.**666/30^{ης}/21-8-2020(ΑΔΑ:9ΡΖΧ46907Φ-0ΘΞ)** Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου σχετική με έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «*ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ*»,
6. Την υπ' αρ.πρωτ.**3280/24-09-2020 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ:6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας** της Πράξης «*Προμήθεια Εξοπλισμού και ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-10 του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων*» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «*Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020*» και έχει λάβει κωδικό **MIS 5070651**,
7. Την υπ' αριθμ.**989/43^{ης}/20-11-2020(ΑΔΑ: ΨΙΧΒ46907Φ-2ΟΦ)** Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης και η διενέργεια του διαγωνισμού,
8. Την υπ' αριθμ.πρωτ.**53/2020** διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007802275).
9. Το από **22-01-2021** Πρακτικό Επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών για την προμήθεια «*Οκτώ(8) Αναπνευστήρων Βαρέως τύπου (χωρίς τουρμπίνα αέρα) για τη ΜΕΘ*».
10. Το γεγονός ότι για τον ανωτέρω διαγωνισμό (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 101693) κατατέθηκε μία μόνο προσφορά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό ηλεκτρονικής αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 101693(ΑΡ. ΔΙΑΚ.53/2020) για την προμήθεια «**Οκτώ(8) Αναπνευστήρων Βαρέως τύπου (χωρίς τουρμπίνα αέρα) για τη ΜΕΘ**» την **Τρίτη 26-01-2021 και ώρα 10:00π.μ.**

**Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω
Και μετά από διαλογική συζήτηση**

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

- Εγκρίνει ως έχει τα πρακτικά αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής , τεχνικών προσφορών και οικονομικών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 : « Προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ (8) αναπνευστήρων βαρέως τύπου (χωρίς τουρμπίνα αέρα) για την ΜΕΘ του Νοσοκομείου με αριθμό Διακήρυξης 53/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 101693) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 5070651, με τους κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού.
- Επικυρώνει την Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών την **Τρίτη 26-01-2021 και ώρα 10:00π.μ.**

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν

.....

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Π. Γρηγορίου

Τα μέλη

Η γραμματέας του Συμβουλίου

Παναγιώτου Γεώργιος

Μυλωνάς Στέφανος

Κόσυβα Σταυρούλα

Παπαβασιλείου Στυλιανή