



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5^η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Διαγωνισμοί)

Ταχ. Δ/ση: Καρδίτσης 56 Τ.Κ. 42 131 ΤΡΙΚΑΛΑ

Τηλ.: 24313 50702 Φαξ: 2431035157

Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr

Πληροφ.: Μ. Χρυσικού, Β. Τσιάντου

Τρίκαλα: 14-12-2020

Αρ. Πρωτ. 31013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.53/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 101693) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΚΤΩ(8) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ»

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ.πρωτ.30903/14-12-2020 αιτήματος διευκρινίσεων και του υπ' αριθμ.πρωτ.31003/14-12-2020 εγγράφου της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση Οκτώ(8) Αναπνευστήρων Βαρέως τύπου (χωρίς τουρμπίνα αέρα) για τη ΜΕΘ, στη συνέχεια θα βρείτε διευκρινίσεις επί της υπ' αριθμ.53/2020 διακήρυξης:

- Στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** και ειδικότερα αναφορικά με την προδιαγραφή με **A/A 24 «Κάθε Αναπνευστήρας να συνοδεύεται από:...ενότητα II,** διευκρινίζεται ότι:

«σε ότι αφορά το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης κλινικών δεδομένων ασθενών καθώς και τη διασύνδεσή τους με τις περιφερειακές συσκευές, όπως περιγράφονται στην τεχνική προδιαγραφή με A/A 24 ενότητα II, οι οκτώ (8) άδειες του προγράμματος του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης κλινικών δεδομένων ασθενών, **συμπεριλαμβάνονται** στη βασική σύνθεση των αναπνευστήρων».

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 101693), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 5^{ης} ΥΠΕ (www.dypethessaly.gr) (Προμήθειες ΕΣΠΑ -> ΓΝ Τρικάλων) και στην ιστοσελίδα του ΓΝ Τρικάλων (www.trikalahospital.gr)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ