

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της υπ' αριθμ. **11ης/19-3-2021** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Στα Τρίκαλα σήμερα την 19^η Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ: 6582/17-3-2021 πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε Έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διοικητή και Πρόεδρο του ΔΣ, Γρηγορίου Κωνσταντίνο, τον κ. Παναγιώτου Γεώργιο- Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, τον κ. Γιαννακό Κωνσταντίνο- τακτικό μέλος, τον κ. Μυλωνά Στέφανο- τακτικό μέλος, τον κ. Τσιμπίδα Ηλία- αναπληρωματικό μέλος και της κ. Παπαβασιλείου Στυλιανής- Γραμματέως του ΔΣ.

Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γρηγορίου Κωνσταντίνου, αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση:

.....
ΑΠΟΦΑΣΗ 240

ΘΕΜΑ 12^ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικον. προσφορών του Υποέργου 2 « προμήθεια και εγκατάσταση παρακλίνιων μόνιτορ(13) και κεντρικών σταθμών (2)» για την ΜΕΘ του Νοσοκομείου

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ.:

Η αριθμ. πρωτ. 6386/16-3-2021 εισήγηση του Τμ. Προμηθειών σχετικά με έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση Παρακλίνιων Μόνιτορ (13) και Κεντρικών Σταθμών (2)» με αρ. διακ. 1/2021 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105313) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 5070651, με τους κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το **ν. 4412/2016** του ν. 4412/2016 (Α' 147) "*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*", όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Ν.4472/2017, «*Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Το Ν. 4542/2018, «*Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου*

Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Την υπ' αριθμ.70837/10-8-2020 (ΑΔΑ:6ΞΡ3469Η2Γ-ΒΝΚ) Απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝ Τρικάλων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 090 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020),
5. Την υπ' αριθμ.665/30^{ης}/21-8-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΨΛΕ46907Φ-007) του ΓΝ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το είδος «**ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ**»,
6. Την υπ' αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού και ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-10 του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5070651.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1016/26-3-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας σχετικά με «Πρώθηση έργων Εξοπλισμών Υγείας που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ.Θ στο πλαίσιο και με τους κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού»
8. Το υπ' αριθμ.πρωτ.1016/26-3-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας σχετικά με «Πρώθηση έργων Εξοπλισμών Υγείας που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ.Θ στο πλαίσιο και με τους κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού»,
9. Τις υπ' αριθμ.πρωτ.1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με «Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19» & «Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 – Νεότερες διευκρινίσεις» αντίστοιχα,
10. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με: «Ειδικά Ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19 καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του»,
11. Την υπ' αριθμ.32492/24-03-2020 Υ.Α (τροποποίηση της 137675/ΕΥΘΥ1016(ΦΕΚ 5948/31-12-18) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων Συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2104-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς -»,
12. την υπ' αριθμ 16/1/13-1-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:63ΦΩ46907Φ-9Β4) του ΓΝ Τρικάλων με την οποία εγκρίνονται, η Επαναπροκήρυξη του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 με συντομευμένες προθεσμίες λόγω επειγουσών καταστάσεων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού,
13. την υπ' αριθμ. 1/2021 Επαναπροκήρυξη (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105313)
14. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5946/8-3-2021 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5996/9-3-2021 Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ: 65Ξ846907Φ-ΥΣ9) ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
16. Το υπ' αριθμ.πρωτ. 6372/16-3-2021 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω πρακτικά και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:

- 1) Την έγκριση του υπ' αριθμ.πρωτ.5946/9-3-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς,
- 2) Την επικύρωση της υπ' αριθμ.5996/9-3-2021 (ΑΔΑ: 65Ξ846907Φ-ΥΣ9) Απόφαση Διοικητή ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.

3) Την έγκριση του υπ'αριθμ.πρωτ.6372/16-3-2021 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την Προμήθεια «**Δεκατριών (13) ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ & Δύο (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ** για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Τρικάλων» με αριθμό Διακήρυξης 1/2021 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105313)

Προϋπολογισμός δαπάνης 421.200,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων της παροχής υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1^ο έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας και των δικαιωμάτων προαίρεσης. Αναλυτικά:

1. Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού: 234.000,00€ με ΦΠΑ

2. Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1^ο έτος μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας: 23.400,00€ με ΦΠΑ

3. Δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας και του 1^{ου} έτους συντήρησης: 163.800,00€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε:

Α. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

- Αριθμός δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 2021/S017-038326

- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008058946)

Β. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 60ΕΧ46907Φ-Ω2Ω)

- Εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (28/1/2021)

- Εφημερίδα Η ΕΡΕΥΝΑ (28/1/2021)

Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008059029)

- 5^η Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr)

- ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr)

Στα Τρίκαλα την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2348/28-1-2021 πρόσκληση** μελών επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30255/8-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46907Φ-4Β1) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι:

1. Τσιόκα Αγορίτσα (Επιμ. Α ΜΕΘ)

2. Κουκουμπάνη Τριανταφυλλιά (Επιμ. Α ΜΕΘ)

3. Καραμπέρης Κων/νος (ΤΕ Ηλεκτ. Μηχ/κων)

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της, Την υπ' αρ. πρωτ.**3280/24-09-2020 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2)** του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Πράξης με κωδικό MIS 5070651, την υπ'αριθμ. **16/1/13-1-2021 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 63ΦΩ46907Φ-9Β4)** με την οποία ματαιώθηκε η υπ'αριθμ. 50/2020 Διακήρυξη λόγω μη υποβολής προσφορών και αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη της με τους ίδιους όρους, την υπ'αριθμ. 1/2021 Επαναπροκήρυξη, τις υπ'αριθμ. 3478/8-2-2021 Διευκρινίσεις επί της υπ'αριθμ. 1/2021 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 105313) Επαναπροκήρυξης, τις διατάξεις της από 20-3-2020 ΠΝΠ (Α 68) άρθρο 60 και τις διατάξεις του **Ν.4412/2016**

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού και διαπίστωσε ότι για τον παρόντα διαγωνισμό **κατατέθηκε μία (1) προσφορά ως κάτωθι:**

α/α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	SANTAIR ΑΕ	210153	12/2/2021 16:47:05	4370/18-2-2021

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπίστωσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατατέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και **ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΑ τα δικαιολογητικά συμμετοχής.**

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε το **φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς** και διαπίστωσε ότι:

1. Η εταιρεία προσφέρει Δεκατρία (13) Monitor και Δύο (2) Κεντρικούς σταθμούς παρακολούθησης του οίκου PHILIPS MEDICAL SYSTEMS , ΗΠΑ

Η Επιτροπή **κάνει δεκτή** την Τεχνική Προσφορά της ανωτέρω εταιρείας διότι κατατέθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ.1/2021 Επαναπροκήρυξης και προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης.

Αναλυτικά η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου αλλά και η Συνολική βαθμολογία (ΣΒ) της Τεχνικής Προσφοράς παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	SANTAIR ΑΕ		ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
			ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	
i = 1	Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, μεγέθους τουλάχιστον 17", υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον δέκα (10) μεμονωμένων κυματομορφών ταυτόχρονα. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες.	4%	120	4,8	Προσφέρεται οθόνη 19" και δώδεκα (12) κυματομορφές
i = 2	Να λειτουργεί με ηλεκτρική παροχής 220V-240V/50 Hz. Είναι επιθυμητό το τροφοδοτικό να είναι ενσωματωμένο στο monitor.	2,50%	120	3	Παθητικό σύστημα ψύξη χωρίς ανεμιστήρα
i = 3	Το μενού (λογισμικό) να είναι στην Ελληνική γλώσσα.	2,50%	100	2,5	
i = 4	Να διαθέτει βυσματούμενο μόνιτορ μεταφοράς μικρού βάρους, μικρότερου των 2 kg, με οθόνη αφής τουλάχιστον 6 ιντσών (με δυνατότητα περιστροφής της απεικόνισης κατά 180 μοίρες), 3 κυματομορφών, μπαταρία τουλάχιστον 3 ωρών για τη λήψη και παρακολούθηση των φαινομένων (παρακλινίως και κατά την μεταφορά):	4%	120	4,8	Το βάρος του βυσματούμενου μόνιτορ μεταφοράς είναι 1,4 κιλά και διαθέτει μπαταρία 5 ωρών
	<ul style="list-style-type: none"> ΗΚΓγήματος/ Καρδιακού ρυθμού/ Αναπνοής (ECG/HR/RESP) 				

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	SANTAIR ΑΕ	
	<ul style="list-style-type: none"> • Κορεσμού Οξυγόνου (SpO2) τεχνολογίας Masimo SET • Αναίμακτης Πίεσης (NIBP) • Δύο (2) αιματηρών πιέσεων με δυνατότητα μέτρησης πίεσης ενσφίνωσης (Wedge) • Θερμοκρασίας • Αναίμακτης μέτρησης ολικής αιμοσφαιρίνης (SpHd) 			
i = 5	<p style="text-align: center;">Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)</p> <p>5.1 Να δέχεται 3-πολικό, 5-πολικό και 6-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήματος.</p> <p>5.2 Να απεικονίζει ευδιάκριτα την καρδιακή συχνότητα, ακόμη και στις περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή διακοπής ηλεκτροδίου ΗΚΓ.</p> <p>5.3 Να δίνει δυνατότητα επιλογής για συνεχή απεικόνιση οποιασδήποτε από τις απαγωγές, καθώς και να απεικονίζει ταυτόχρονα, έως τρεις απαγωγές που επιλέγονται από το χειριστή.</p> <p>5.4 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη.</p> <p>5.5 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών συμπεριλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, με ανάλυση δύο τουλάχιστον απαγωγών και ανάλυσης του ST διαστήματος στις λαμβανόμενες απαγωγές. Αυτόματη κατάταξη αρρυθμιών καθώς και η αποθήκευση τους θα αξιολογηθούν θετικά.</p> <p>5.6 Το καλώδιο ΗΚΓ να δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής της αναπνοής και να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη της συχνότητας των αναπνοών.</p> <p>5.7 Να απεικονίζει και τις 12 απαγωγές του ΗΚΓ με τη χρήση 6-πολικού καλωδίου ΗΚΓφήματος.</p> <p>5.8 Να δέχεται και 10-πολικό καλώδιο/α ΗΚΓφήματος (ECG) διαγνωστικού τύπου.</p>	4%	100	4
i = 6	<p style="text-align: center;">Αιματηρές πιέσεις (IBP)</p> <p>6.1 Να μετράει ταυτόχρονα δύο (2) αιματηρές πιέσεις. Να απεικονίζονται οι τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης, καθώς και οι κυματομορφές των πιέσεων.</p> <p>6.2 Να διαθέτει την λειτουργία υπέρθεσης των κυματομορφών (overlap).</p> <p>6.3 Να διαθέτει δυνατότητα μέτρησης της Pulse Pressure Variation (PPV). Είναι επιθυμητή η δυνατότητα μέτρησης της systolic pressure variation (SPV).</p> <p>6.4 Να επιτρέπει στο χειριστή να δηλώνει ετικέτες ανάλογα με το σημείο εφαρμογής του καθετήρα.</p>	4%	100	4

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	SANTAIR ΑΕ	
	6.5 Να αναβαθμίζεται με επιπλέον ενισχυτικές βαθμίδες για απεικόνιση έως και οχτώ (8) αματηρών πιέσεων στο σύνολο.			
i = 7	Αναίμακτη πίεση (NIBP)	4%	100	4
	7.1 Να διαθέτει λειτουργία χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.			
	7.2 Να απεικονίζονται οι τιμές συστολικής, διαστολικής και μέσης αρτηριακής πίεσης, με ξεχωριστά όρια συναγερμού για κάθε μία από αυτές.			
i = 8	Θερμοκρασία (T)	4%	100	4
	8.1 Να έχει την δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας πυρήνα. Να αναφερθεί ο τρόπος προς αξιολόγηση.			
	8.2 Να επιτρέπει στο χειριστή να δηλώνει ετικέτες ανάλογα με το σημείο εφαρμογής του αισθητήρα.			
	8.3 Να έχει την δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε δύο διαφορετικά σημεία του σώματος (T1,T2), ταυτόχρονα, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δύο αισθητήρες.			
	8.4 Στην παραπάνω περίπτωση να υπολογίζει και να αναδεικνύει τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σημείων (ΔT).			
i = 9	Παλμική οξυμετρία (SpO2)	4%	100	4
	9.1 Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο μέσω αισθητήρα δακτύλου (probe) πολλαπλών χρήσεων, τεχνολογίας MasimoRainbow.			
	9.2 Να απεικονίζει ψηφιακά τον κορεσμό % οξυγόνου και να απεικονίζει την πληθυσμογραφική καμπύλη SpO2.			
i = 10	Καπνογραφία & Καπνομετρία (EtCO2)	2,50%	100	2,5
	Να δύναται να μετρά και να απεικονίζει τη καπνογραφία και καπνομετρία μέσω αισθητήρα κύριας ροής (mainstream) χρησιμοποιώντας κυβέτα πολλαπλών χρήσεων, αποστειρώσιμη. Να προσφερθεί προς επιλογή ο αισθητήρας με την αντίστοιχη κυβέττα.			
i = 11	Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (Alarms) με τρία επίπεδα προτεραιότητας και ρυθμιζόμενα όρια για όλες τις παραμέτρους.	4%	100	4
i = 12	Να διαθέτει μνήμη όλων των παραμέτρων (trends) χρονικής διάρκειας 96 ωρών τουλάχιστον, σε μορφή γραφημάτων και πινάκων. Να αποθηκεύει επίσης αυτόματα διάφορα συμβάντα (συναγερμοί, παραβίαση ορίων κτλ.), να δοθεί ο αριθμός προς αξιολόγηση.	4%	100	4
i = 13	Να διαθέτει πρόγραμμα ανάλυσης με χρήση κέρσορα	2,50%	100	2,5

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	SANTAIR ΑΕ		
	(cursor).				
i = 14	Να έχει ταχύτητες σάρωσης κυματομορφών 6,25 , 12,5 , 25 και 50mm/sec ανάλογα με την παράμετρο και δυνατότητα παγώματος των κυματομορφών.	4%	120	4,8	Διαθέτει περισσότερες επιλογές ταχύτητας
i = 15	Να συνδέεται με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης.	4%	100	4	
i = 16	Να υποστηρίζει με μελλοντική αναβάθμιση τη παρακλίνα τήρηση ηλεκτρονικού φάκελου ασθενούς στην οθόνη του.	4%	100	4	
i = 17	<p>Το κάθε μόνιτορ να συνοδεύεται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5-πολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος (ECG), πολλαπλών χρήσεων. • 3-πολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος (ECG), πολλαπλών χρήσεων. • Αισθητήρα δακτύλου παλμικής οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων τεχνολογίας Masimo (SpO2) για παρακολούθηση των SpO2, PLS, PI. • Περιχειρίδες ενηλίκων (NIBP), πολλαπλών χρήσεων τουλάχιστον τριών (3) μεγεθών. • Μία ενισχυτική βαθμίδα για την μέτρηση δύο πιέσεων. • Έναν τουλάχιστον αισθητήρα θερμοκρασίας, (T), πολλαπλών χρήσεων. • Βάσεις στήριξης για επιτοίχια ράγα. <p>και εν γένει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος πλην λουπών αναλωσίμων.</p>	4%	100	4	
i = 18	<p>Για το σύνολο των μηχανημάτων παραδοθεί επίσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τέσσερις (4) ενισχυτικές βαθμίδες για την μέτρηση τουλάχιστον δύο αιματηρών πιέσεων & CO, με την μέθοδο RICCO. • Τέσσερις (4) ενισχυτικές βαθμίδες για την μέτρηση θερμοκρασίας πυρήνα ασθενή με δύο κυτία (20 τμχ) αισθητήρες μιας χρήσης. • Τέσσερις (4) ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ καπνογραφίας με αισθητήρες κύριας ροής (mainsteam) με δυνατότητα χρήσης από όλες τις βυσματούμενες μονάδες/μόνιτορ. 	4%	100	4	

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	SANTAIR ΑΕ		
i = 19	1. Κεντρικός σταθμός με 2 παράλληλες έγχρωμες οθόνες TFT, τουλάχιστον 21" που να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι.	4%	100	4	
	2. Το μενού (λογισμικό) να είναι στην Ελληνική γλώσσα.				
	3. Να περιλαμβάνει λογισμικό για παρακολούθηση τουλάχιστον δεκαέξι (16) ασθενών (με δυνατότητα επέκτασης έως 32 ασθενείς).				
	4. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης όλων των κυματομορφών και των μετρήσεων από κάποιο επιλεγμένο από τον χειριστή παρακλίνιο μόνιτορ, χωρίς να σταματά η παρακολούθηση των υπολοίπων ασθενών από την οθόνη του.				
	5. Να απεικονίζει ταυτόχρονα για κάθε ασθενή τουλάχιστον τέσσερις (4) κυματομορφές και τις τιμές των μετρήσεων των αντίστοιχων παραμέτρων.				
	6. Να διαθέτει τη δυνατότητα διατήρησης του αποθηκευμένου ιστορικού ενός ασθενή, για απεριόριστο χρονικό διάστημα, μετά το εξιτηρίο του από τον κεντρικό σταθμό.				
	7. Το σύστημα να διαθέτει λειτουργία για μέτρηση και απεικόνιση του διαστήματος QT καθώς και την τιμή QTc του επιλεγμένου επάρματος.				
	8. Να περιλαμβάνει λογισμικό για πλήρη καταγραφή (Full Disclosure) και trends τουλάχιστον ενενήντα έξι (96) ωρών.				
	9. Να διαθέτει δικτυακό εκτυπωτή Laser, για εκτύπωση ιστορικού, συμβάντων, trends, αναφορές ΗΚΓ.				
	10. Να διαθέτει UPS που να παρέχει αυτονομία για τουλάχιστον 5 λεπτά.				
	11. Να περιλαμβάνει τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό που προτείνεται από τον κατασκευαστικό οίκο (switch, κτλ).				
	12. Να παραδοθούν δύο (2) κεντρικοί σταθμοί όπως περιγράφονται πιο πάνω στους οποίους να δύναται η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των προσφερόμενων μόνιτορ.				
i = 20	Χρόνος ποσοτικής και ποιοτικής Παράδοσης: 90 ημέρες	3%	100	3	
i = 21	Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τους χρήστες και τεχνικούς	4%	100	4	
i = 22	Εγγύηση καλής λειτουργίας : Διάρκεια τουλάχιστον 2 έτη	15%	100	15	
i = 23	Περίοδος πλήρους συντήρησης – επισκευών	8%	100	8	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΒj ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				102,9	

Δεδομένου ότι στον παρόντα διαγωνισμό κατατέθηκε εξαρχής μια προσφορά και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 100, παρ. 4 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.1 της σχετικής διακήρυξης, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) για τις απαραίτητες ενέργειες.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τσιόκα Αγορίτσα
2. Κουκουμπάνη Τριανταφυλλιά
3. Καραμπέρης Κων/νος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **N.2690/1999** «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
2. Το άρθρο 7 του **N.3329/2005**(ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
3. Τον **N.4412/2016** «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την υπ' αριθμ. **090/27-4-2020 πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας** με τίτλο: «Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-19 και για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε ανθεκτικές υπηρεσίες υγείας»,
5. Την υπ' αριθμ. **665/30^{ης}/21-8-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΨΛΕ46907Φ-007)** του ΓΝ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το είδος **«ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ»**,
6. Την υπ' αρ. πρωτ. **3280/24-09-2020 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2)** του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού και ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-10 του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5070651.
7. Την υπ' αριθμ. **16/1/13-1-2021 (ΑΔΑ: 63ΦΩ46907Φ-9Β4) Απόφαση ΔΣ** του ΓΝ Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **1/2021 Επαναπροκήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008059029)**.
9. Το από **8/3/2021** Πρακτικό Επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών για την προμήθεια **«Δεκατριών (13) Μόνιτορ Παρακλίνιων & δύο (2) Κεντρικών Σταθμών για την ΜΕΘ του Νοσοκομείου»**.
10. Το γεγονός ότι για τον ανωτέρω διαγωνισμό (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105313) κατατέθηκε μία μόνο προσφορά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό ηλεκτρονικής αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105313 (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 1/2021) για την προμήθεια **«Δεκατριών (13) Μόνιτορ Παρακλίνιων & δύο (2) Κεντρικών Σταθμών για την ΜΕΘ του Νοσοκομείου»** την Πέμπτη 11/3/2021 και ώρα 10:00π.μ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την Προμήθεια «**Δεκατριών (13) ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ & Δύο (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ** για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Τρικάλων» με αριθμό Διακήρυξης 1/2021 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105313)

Στα Τρίκαλα την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 6019/9-3-2021 πρόσκληση μελών επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30255/8-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46907Φ-4Β1) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι:

1. Τσιόκα Αγορίτσα (Επιμ. Α ΜΕΘ)
2. Κουκουμπάνη Τριανταφυλλιά (Επιμ. Α ΜΕΘ)
3. Καραμπέρης Κων/νος (ΤΕ Ηλεκτ. Μηχ/κων)

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της, Την υπ' αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Πράξης με κωδικό MIS 5070651, την υπ'αριθμ. 16/1/13-1-2021 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 63ΦΩ46907Φ-9Β4) με την οποία ματαιώθηκε η υπ'αριθμ. 50/2020 Διακήρυξη λόγω μη υποβολής προσφορών και αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη της με τους ίδιους όρους, την υπ'αριθμ. 1/2021 Επαναπροκήρυξη, τις υπ'αριθμ. 3478/8-2-2021 Διευκρινίσεις επί της υπ'αριθμ. 1/2021 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 105313) Επαναπροκήρυξης, το υπ'αριθμ. πρωτ. 5946/8-3-2021 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, την υπ'αριθμ. πρωτ. 5996/9-3-2021 Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ: 65Ξ846907Φ-ΥΣ9) σχετική με ορισμό ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς, τις διατάξεις της από 20-3-2020 ΠΝΠ (Α 68) άρθρο 60 και τις διατάξεις του Ν.4412/2016

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας SANTAIR ΑΕ και διαπίστωσε ότι κατατέθηκε σύμφωνα με τα ζητούμενα της διακήρυξης. Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους πίνακες Π1 και Π2 κατέγραψε τις τιμές ως κάτωθι:

1. SANTAIR ΑΕ

Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ για το είδος (Π):	187.500,00€
Προσφερόμενη τιμή ετήσιας συντήρησης χωρίς ΦΠΑ (Τ):	13.000,00€
Συνολική Τιμή πλήρους Συντήρησης Επισκευής μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας, χωρίς ΦΠΑ (Σ)	104.000,00€
Έτη εγγύησης καλής λειτουργίας (ρ):	2 έτη

Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τιμές, την βαθμολογία επί των τεχνικών προσφορών προχώρησε στην βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης.

Ειδικότερα, η επιτροπή προχώρησε στον υπολογισμό της ανοιγμένης τιμής Σύγκρισης (Λ) σύμφωνα με τον τύπο:

$$\Lambda_j = \frac{\text{Συνολική τιμή προσφοράς (Κ}_j)}{\text{Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (ΣΒ}_j)} \quad (\text{ΤΥΠΟΣ 3})$$

Όπου

Κ_j η Συνολική Τιμή Προσφοράς του j προσφέροντος, η οποία δίδεται από τον τύπο:

$$Κ_j = Π_j + Σ_j * 0,75 = Π_j + [Τ1_j * (10 - ρ_j)] * 0,75 \quad (\text{ΤΥΠΟΣ 4})$$

	SANTAIR ΑΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΣΒ)*	102,90
ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Π)	187.500,00€
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Τ)	13.000,00€
ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ρ)	2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Σ)	104.000,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Κ)	265.500,00€
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ (Λ) (ΤΥΠΟΣ 3)	2580,174927

* Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς προέκυψε κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (βλ. το υπ'αριθμ. πρωτ. 5946/8-3-2021 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών)

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την «Δεκατριών (13) ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ & Δύο (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Τρικάλων» του οίκου PHILIPS MEDICAL SYSTEMS καθώς και την ανάθεση του πρώτου έτους συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας στην εταιρεία SANTAIR ΑΕ.

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) για τις απαραίτητες ενέργειες και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τσιόκα Αγορίτσα
2. Κουκουμπάνη Τριανταφυλλιά
3. Καραμπέρης Κων/νος

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

Και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

- Επικυρώνει την αριθμ.5996/9-3-2021 (ΑΔΑ: 65Ξ846907Φ-ΥΣ9) Απόφαση Διοικητή σχετικά με ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της αριθμ. διακ. 1/2021 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105313) .
- Εγκρίνει ως έχει τα Πρακτικά αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής καθώς και της οικονομικής προσφοράς της αριθμ. διακ. 1/2021 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105313) και προτείνει την προμήθεια «Δεκατριών (13) ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ & Δύο (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Τρικάλων» του οίκου PHILIPS MEDICAL SYSTEMS καθώς και την ανάθεση του πρώτου έτους συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας στην εταιρεία SANTAIR ΑΕ.

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν

.....
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Π. Γρηγορίου

Τα μέλη

Η γραμματέας του Συμβουλίου

Παναγιώτου Γεώργιος

Γιαννακός Κωνσταντίνος

Μυλωνάς Στέφανος

Τσιμπίδας Ηλίας

Παπαβασιλείου Στυλιανή