

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της υπ' αριθμ. **17ης/27-4-2021** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Στα Τρίκαλα σήμερα την 27^η Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 8.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ: 9639/23-4-2021 πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε Τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ, Γρηγορίου Κωνσταντίνου, τον κ. Παναγιώτου Γεώργιο- Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, τον κ. Γιαννακό Κωνσταντίνο- τακτικό μέλος, τον κ. Μυλωνά Στέφανο- τακτικό μέλος, την κ. Κόσυβα Σταυρούλα- τακτικό μέλος και της κ. Παπαβασιλείου Στυλιανής- Γραμματέως του Δ.Σ.

Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γρηγορίου Κωνσταντίνου, αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση:

.....
ΑΠΟΦΑΣΗ 378

ΘΕΜΑ 23^ο : Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, ΤΜΗΜΑ 1 : «Φορητό Ψηφιακό Ακτινολογικό» για την ΜΕΘ

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ.:

1. Η αριθμ. πρωτ. 9159/19-4-2021 εισήγηση του Τμ. Προμηθειών σχετικά με έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΤΜΗΜΑ 1: ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ για τη ΜΕΘ» με αριθμό Διακήρυξης 3/2021(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105029 στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5070651, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την υπ'αριθμ.090/27-4-2020 πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο: «Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-19 και για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε ανθεκτικές υπηρεσίες υγείας»,
3. Το υπ'αριθμ.πρωτ.38593/4-5-2020 έγγραφο της 5ης Υ.ΠΕ. σχετικό με, την επισήμανση ότι «πριν την οριστική υποβολή της ανωτέρω πρότασης, θα πρέπει απαραίτητα να φέρει τη σύμφωνη γνώμη ή έγκριση του αιτήματος από την 5η Υ.ΠΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις»,
4. Την υπ'αριθμ.345/16/14-5-2020(ΑΔΑ:ΩΣΑ446907Φ-ΑΞΟ) Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων σχετική με «Πρόσκληση με κωδικό 090 και τίτλο: Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.....»,

5. Την υπ'αριθμ.454/22/16-6-2020(ΑΔΑ:9ΠΖ846907Φ-Λ49) Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων σχετική με «Υποβολή επικαιροποιημένης πρότασης έργου για ένταξη στην Πρόσκληση με κωδικό 090 του ΕΣΠΑ 2014-2020 του Νοσοκομείου Τρικάλων και σύσταση επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών»,
6. Την υπ'αριθμ.70837/10-8-2020 (ΑΔΑ:6ΞΡ3469Η2Γ-ΒΝΚ) Απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΓΝ Τρικάλων στο πλαίσιο της υπ'αριθμ. 090 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020),
7. Την υπ'αριθμ.695/31^{ης}/26-8-2020(ΑΔΑ:6ΓΡΚ46907Φ-ΥΜΔ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου σχετική με έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «**Ρομποτικό Σύστημα Εγγραφής και Εκτύπωσης CD και DVD**»,
8. Την υπ'αριθμ.658/30ης/21-8-2020(ΑΔΑ:6Κ7546907Φ-ΤΦΑ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου σχετική με, την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας των έργων του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού τα οποία περιλαμβάνονται στην υπ'αριθμ.090 Πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας(ΕΣΠΑ 2014-2020), με προϋπολογιζόμενη δαπάνη από 15.000,00€ έως 45.000,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
9. Την υπ'αριθμ.πρωτ.20557/26-08-2020(ΑΔΑ:ΨΘΟΤ46907Φ-4Μ6) Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου σχετική με την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας, των έργων του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού τα οποία περιλαμβάνονται στην υπ'αριθμ.090 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020), με προϋπολογισθείσα δαπάνη έως 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
- 10.Την υπ' αρ.πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ:6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Πράξης «**Προμήθεια Εξοπλισμού και ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-10 του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων**» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5070651,
- 11.Το υπ'αριθμ.πρωτ.1016/26-3-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας σχετικά με «Πρωώθηση έργων Εξοπλισμών Υγείας που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ.Θ στο πλαίσιο και με τους κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού»,
- 12.Τις υπ'αριθμ.Πρωτ.1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίους της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με «Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19» & «Ειδική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 – Νεότερες διευκρινίσεις» αντίστοιχα,
- 13.Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με: «Ειδικά Ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19 καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του»,
- 14.Την υπ'αριθμ.32492/24-03-2020 Υ.Α (τροποποίηση της 137675/ΕΥΘΥ1016(ΦΕΚ 5948/31-12-18) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων Συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2104-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς -»,
- 15.Την υπ'αριθμ.19/1^{ης}/13-01-2021(ΑΔΑ:Ω3Φ846907Φ-Χ35) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου σχετική με έγκριση σχεδίου διακήρυξης και διενέργειας διαγωνισμού,
- 16.Την υπ'αριθμ.3/2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008065770),

17. Το γεγονός ότι στο ΤΜΗΜΑ 1 του ανωτέρω διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου κατατέθηκε εξαρχής μία (1) μόνο προσφορά.
18. Το γεγονός ότι στο άρθρο 3.1.2 της σχετικής διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 4 του ν.4412/2016 διευκρινίζεται ότι όταν εξαρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά εκδίδεται μια απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων ήτοι: δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά,
19. Το υπ' αριθμ.πρωτ.6641/18-3-2021 Πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών,
20. Την υπ' αριθμ.πρωτ.6665/18-03-2021(ΑΔΑ:6Κ4546907Φ-ΥΩ3) Απόφαση Διοικητή σχετική με ορισμό ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών,
21. Το υπ' αριθμ.πρωτ.9043/16-04-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών.

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω πρακτικά και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:

- 1) Την έγκριση του υπ' αριθμ.πρωτ.6641/18-03-2021 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς,
- 2) Την έγκριση του υπ' αριθμ.πρωτ.9043/16-4-2021 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς
- 3) Την επικύρωση της υπ' αριθμ.6665/18-03-2021(ΑΔΑ:6Κ4546907Φ-ΥΩ3) Απόφαση Διοικητή ορισμού ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του **ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1** του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**» με αριθμό Διακήρυξης 3/2021

ΤΜΗΜΑ 1: ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου(α/α ΕΣΗΔΗΣ 105029).

Προϋπολογισμός δαπάνης 135.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων της παροχής υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1^ο έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας και των δικαιωμάτων προαίρεσης. Αναλυτικά:

1. Προμήθεια και εγκατάσταση Φορητού Ψηφιακού Ακτινολογικού: 75.000,00€ με ΦΠΑ
2. Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1^ο έτος μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας: 7.500,00€ με ΦΠΑ
3. Δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας και του 1^{ου} έτους συντήρησης: 52.500,00€ με ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε:

Α. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

- Αριθμός δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 2021/S 018-040962
- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008065615)

Β. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΝΛΟ46907Φ-ΛΚ6)
- Εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (29-01-2021)
- Εφημερίδα Η ΕΡΕΥΝΑ (29-01-2021)

Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008065770)
- 5^η Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr)

- ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr)

Στα Τρίκαλα την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών(Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ' αριθμ.πρωτ.2781/02-02-2021 πρόσκληση μελών επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ.πρωτ.2581/29-01-2021(ΑΔΑ:6ΥΧΥ46907Φ-ΞΟΓ) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι:

1. Αναγνωστόπουλος Ηλίας (τακτικό μέλος)
2. Παραφόρου Θεονίκη (τακτικό μέλος)
3. Ζιώγα Βασιλική (τακτικό μέλος)

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της, την υπ'αριθμ.19/1^{ης}/13-01-2021(ΑΔΑ:Ω3Φ46907Φ-Χ35) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική με τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, την υπ'αριθμ.3/2021 Διακήρυξη (ΤΜΗΜΑ 1), και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού (δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών)

Για τον παρόντα διαγωνισμό κατατέθηκε μία (1) προσφορά, ως κάτωθι:

α/α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	KMS Medical IKE	209316	13/02/2021 20:13:29	4264/17-02-2021

A) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπίστωσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατατέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και **ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΑ τα δικαιολογητικά συμμετοχής.**

B) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε το **φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς** και διαπίστωσε ότι:

1. Η εταιρεία KMS Medical IKE προσφέρει, το Φορητό Ψηφιακό Ακτινολογικό DRGEM TOPAZ-32D Mobile DR System του Οίκου DRGEM, Κορέας.

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης.

Αναλυτικά η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου αλλά και η Συνολική βαθμολογία (ΣΒ) της Τεχνικής Προσφοράς παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	KMS Medical IKE		ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
			ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	
1	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ				
i = 1.1	Το τροχήλατο ακτινολογικό ψηφιακό σύστημα να είναι ηλεκτροκίνητο (με ενεργοποίηση από την κύρια λαβή), κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση, ευέλικτο και συμπαγές, για τη μεταφορά του σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου, για τη λήψη ακτινογραφιών επί φορείου, επί κλίνης ή εντός χειρουργείου. Να αναφερθούν οι διαστάσεις προς αξιολόγηση.	1%	100	1	
i = 1.2	Να διαθέτει αισθητήρες προστασίας από συγκρούσεις.	2%	100	2	
i = 1.3	Να διαθέτει ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας του συστήματος για πιο ακριβείς ελιγμούς.	2%	100	2	
i = 1.4	Το σύστημα να μπορεί να κινείται με ταχύτητα έως 5km / hr για γρήγορη μεταφορά.	2%	100	2	
i = 1.5	Το σύστημα να μπορεί να κινείται και χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα.	2%	100	2	
i = 1.6	Το σύστημα να διαθέτει τηλεσκοπικό βραχίονα στήριξης της ακτινολογικής λυχνίας για λήψεις	5%	100	5	

	<p>επί κλίνης, επί φορείου, εντός χειρουργείου και ΜΕΘ με δυνατότητες</p> <ul style="list-style-type: none"> -Περιστροφής κάθετης κολώνας $\pm 300^\circ$ -Εύρος εστιακής απόστασης καθ' ύψος $\geq 135\text{cm}$ -Απόστασης εστίας δαπέδου $\geq 195\text{cm}$ -Εύρος εστιακής απόστασης κατά μήκος $\geq 55\text{cm}$ -Εύρος οριζόντιας περιστροφής λυχνίας από -30° έως 90° -Εύρος περιστροφής περί του βραχίονα στήριξης της λυχνίας από -180° έως 180°. 				
i = 1.7	Το σύστημα να μπορεί να ακινητοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.	1%	100	1	
i = 1.8	Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 17" για την διαχείριση των ακτινολογικών παραμέτρων	2%	100	2	
i = 1.9	Το σύστημα να είναι πλήρως ενοποιημένο και το λογισμικό του συστήματος που εμφανίζεται στην ενσωματωμένη οθόνη αφής. Εκτός από τη λήψη και επεξεργασία των ψηφιακών εικόνων, να μπορεί να ελέγχει τη γεννήτρια αποστέλλοντας προκαθορισμένες παραμέτρους έκθεσης για κάθε εξέταση	2%	100	2	
i = 1.10	Να διαθέτει θήκη για τοποθέτηση 2 τουλάχιστον ανιχνευτών	2%	100	2	
i = 1.11	Το μηχάνημα να συνδέεται σε κοινό δίκτυο 230V/50 HZ.	1%	100	1	
2	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ				
i = 2.1	Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας με απόδοση ισχύος kW $\geq 30\text{Kw}$	3%	100	3	
i = 2.2	Εύρος ρύθμισης kV από 40 έως 125kV τουλάχιστον.	3%	100	3	
i = 2.3	Το εύρος των mAs να κυμαίνεται από 0.1mAs έως 500mAs τουλάχιστον	3%	100	3	
i = 2.4	Ο ελάχιστος χρόνος έκθεσης 0.001ms.	3%	100	3	
i = 2.5	Να διαθέτει στη βασική σύνθεση σύστημα μέτρησης δόσης (DAP)	3%	100	3	
3	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ				
i = 3.1	Η ακτινολογική λυχνία να είναι περιστρεφόμενη ανόδου, με ταχύτητα περιστροφής $\geq 3.000\text{rpm}$	4%	100	4	
i = 3.2	Η λυχνία να είναι διπλοεστιακή, με μικρή εστία 0,6mm και μεγάλη εστία 1,2mm.	4%	100	4	
i = 3.3	Η θερμοχωρητικότητα της ανόδου να είναι $\geq 300\text{KHU}$. Να αναφερθεί ο ρυθμός θερμοαπαγωγής της ανόδου	3%	100	3	
i = 3.4	Να διαθέτει διαφράγματα βάθους με εσωτερική φωτεινή πηγή για το πεδίο και δυνατότητα περιστροφής τους τουλάχιστον κατά ± 1100 . Να αναφερθούν τα διαθέσιμα φίλτρα.	2%	100	2	
4	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ				
i = 4.1	Να διαθέτει έναν ασύρματο ψηφιακό ανιχνευτή, τελευταίας τεχνολογίας, με σπινθηριστή ιωδιούχου καίσου διαστάσεων τουλάχιστον 36cm x 43cm.	2%	100	2	
i = 4.2	Μέγεθος Pixel: $\leq 150\ \mu\text{m}$	2%	100	2	
i = 4.3	Ενεργή μήτρα Pixel: $\geq 2240 \times 2750\text{pixels}$	1%	100	1	
i = 4.4	Βάθος ενεργής μήτρας: $\geq 16\ \text{bit}$	1%	100	1	

i = 4.5	Η τιμή του DQE να είναι $\geq 60\%$ @ 0 cycle/mm	2%	100	2	
i = 4.6	Βάρος ανιχνευτή $\leq 3,8\text{kg}$.	1%	100	1	
i = 4.7	Ο χρόνος ασύρματης αποστολής της ιατρικής εικόνας από τον ανιχνευτή προς τον σταθμό διαχείρισης των ακτινογραφιών να είναι $\leq 8\text{s}$.	2%	100	2	
i = 4.8	Το συνολικό βάρος αντοχής στην επιφάνεια του ανιχνευτή να είναι τουλάχιστον 150kg (το μεγαλύτερο βάρος αντοχής θα αξιολογηθεί θετικά).	1%	100	1	
i = 4.9	Η φόρτιση των μπαταριών των ανιχνευτών να πραγματοποιείται σε ειδική βάση φόρτισης αλλά οι ανιχνευτές να μπορούν να φορτιστούν και στην θέση αποθήκευσης – μεταφοράς τους, που θα διαθέτει το φορητό ακτινολογικό συγκρότημα.	1%	100	1	
i = 4.10	Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά πλήρη φόρτιση.	2%	100	2	
5	ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ				
i = 5.1	Ο σταθμός λήψης και επεξεργασίας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης, μέσω πρωτοκόλλου DICOM με το PACS & HIS/RIS του Νοσοκομείου για την εκτύπωση και αποθήκευση των εξετάσεων στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή, ασύρματα μέσω Wi-Fi. Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής εικόνων μέσω USB σε μορφή DICOM3.0 ή TIFF. Το σύστημα θα πρέπει επιπλέον να υποστηρίζει την εξαγωγή ακατέργαστων (μη επεξεργασμένων ή προς επεξεργασία) εικόνων.	1%	100	1	
i = 5.2	Ο σταθμός λήψης και επεξεργασίας θα πρέπει να είναι ενσωματωμένος στην τροχήλατη βάση του συστήματος και να δίνει την δυνατότητα προεπισκόπησης και επεξεργασίας των ακτινογραφιών.	1%	100	1	
i = 5.3	Να περιλαμβάνονται λειτουργίες ψηφιακής μεγέθυνσης, περιστροφής, αναστροφής της εικόνας, window and leveling, edge enhancement, Regions of Interest (ROIs), LUT table modification, δυνατότητα οπωσδήποτε μέτρησης γωνιών και αποστάσεων, προκαθορισμένα προγράμματα οργάνων κ.λπ. Να περιγραφούν αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες επεξεργασίας της εικόνας.	2%	100	2	
i = 5.4	Ο σταθμός λήψης και επεξεργασίας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού εικόνων, τουλάχιστον 20.000 εικόνων.	1%	100	1	
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας A1 στο σύνολο				70 %	
ΟΜΑΔΑ Β1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΑΛΥΨΗ					
i = 6	Χρόνος ποσοτικής και ποιοτικής Παράδοσης: 90 ημέρες	3%	100	3	
i = 7	Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τους	4%	100	4	

	χρήστες και τεχνικούς ΒΙΤ				
i = 8	Εγγύηση καλής λειτουργίας: Διάρκεια (τουλάχιστον 3 έτη)	15%	100	15	
i = 9	Περίοδος πλήρους συντήρησης – επισκευών	8%	100	8	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β΄			30	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΒj ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				100	

Η Επιτροπή **κάνει δεκτή** την Τεχνική Προσφορά της ανωτέρω εταιρείας διότι κατατέθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ.3/2021 Διακήρυξης και συγκέντρωσε **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΒj) 100**

Δεδομένου ότι στον παρόντα διαγωνισμό κατατέθηκε εξαρχής μια προσφορά και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 100, παρ. 4 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.1 της σχετικής διακήρυξης, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 18-03-2021 συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) για τις απαραίτητες ενέργειες.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Αναγνωστόπουλος Ηλίας (τακτικό μέλος)
2. Παραφόρου Θεονίκη (τακτικό μέλος)
3. Ζιώγα Βασιλική (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν.2690/1999** «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
2. Το άρθρο 7 του **Ν.3329/2005**(ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
3. Τον **Ν.4412/2016** «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την υπ' αριθμ.**090/27-4-2020 πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας** με τίτλο: «Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-19 και για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε ανθεκτικές υπηρεσίες υγείας»,
5. Την υπ' αρ.πρωτ.**3280/24-09-2020 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ:6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας** της Πράξης «*Προμήθεια Εξοπλισμού και ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-19 του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων*» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό **MIS 5070651**,
6. Την υπ' αριθμ.**19/1^{ης}/13-01-2021(ΑΔΑ:Ω3Φ846907Φ-Χ35) Απόφαση ΔΣ** του ΓΝ Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης και η διενέργεια του διαγωνισμού,
7. Την υπ' αριθμ.πρωτ.**3/2020** διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008065770),
8. Το υπ' αριθμ.πρωτ.**6641/18-03-2021** Πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου)
9. Το γεγονός ότι στο ΤΜΗΜΑ 1 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105029) του ανωτέρω διαγωνισμού κατατέθηκε εξαρχής μία μόνο προσφορά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό ηλεκτρονικής αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 105029(ΑΡ.ΔΙΑΚ. 3/2021) για την προμήθεια, Ενός(1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00π.μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ: 1 ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου**» με αριθμό Διακήρυξης 3/2021 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 105029).

Στα Τρίκαλα την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών(Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ' αριθμ.πρωτ.6894/22-03-2021 πρόσκληση μελών επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ.30752/11-12-2020(ΑΔΑ:Ω5ΛΩ46907Φ-Ε5Ξ) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι:

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΘΕΟΝΙΚΗ
3. ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της, την υπ' αριθμ.19/1^{ης}/13-01-2021(ΑΔΑ:Ω3Φ46907Φ-Χ35) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική με τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, την υπ' αριθμ.3/2021 Διακήρυξη (ΤΜΗΜΑ 1), το υπ' αριθμ.πρωτ.6641/18-03-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, την υπ' αριθμ.6665/18-03-2021(ΑΔΑ:6Κ4546907Φ-ΥΩ3) Απόφαση Διοικητή ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού

Η επιτροπή εξέτασε τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας KMS Medical I.K.E και προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς, αποφάσισε να ζητήσει διευκρινίσεις από την εταιρεία KMS medical με το υπ' αριθμ.πρωτ.8804/13-4-2021 έγγραφό της σχετικά με, τη Συνολική Τιμή Πλήρους Συντήρησης Επισκευής (Σ) $\Sigma = T1 * (10 - \rho)$. Το αίτημα της επιτροπής διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ.πρωτ.8837/14-4-2021 έγγραφο του Γρ.Προμηθειών (Διαγωνισμοί) στην εταιρεία KMS medical, η οποία απάντησε εντός της τιθέμενης προθεσμίας με το υπ' αριθμ.πρωτ.9035/16-4-2021 έγγραφό της.

Η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διευκρινήσεις διαπίστωσε ότι:

Προσφέρει το είδος: ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ τύπου DRGEM TOPAZ-32D

Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους πίνακες Π1 και Π2 κατέγραψε τις τιμές ως κάτωθι:

1. KMS Medical I.K.E

Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ για το είδος χωρίς ΦΠΑ(Π):	60.000,00€
Προσφερόμενη τιμή ετήσιας συντήρησης χωρίς ΦΠΑ (Τ):	6.000,00€
Συνολική Τιμή πλήρους Συντήρησης Επισκευής μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας, χωρίς ΦΠΑ (Σ)	48.000,00€
Έτη εγγύησης καλής λειτουργίας (ρ):	(2)

Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τιμές, και την βαθμολογία επί της τεχνικής προσφοράς με βάση το **υπ' αριθμ. πρωτ.6641/18-03-2021 πρακτικό επιτροπής** προχώρησε στην βαθμολόγηση σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης.

Ειδικότερα, η επιτροπή προχώρησε στον υπολογισμό της ανηγμένης τιμής Σύγκρισης (Λ) σύμφωνα με τον τύπο:

$$\Lambda_j = \frac{\text{Συνολική τιμή προσφοράς (Κ}_j\text{)}}{\text{Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (ΣΒ}_j\text{)}} \quad (\text{ΤΥΠΟΣ 3})$$

Όπου

Κ_j η Συνολική Τιμή Προσφοράς του j προσφέροντος, η οποία δίδεται από τον τύπο:

$$Κ_j = Π_j + Σ_j * 0,75 = Π_j + [Τ1_j * (10 - ρ_j)] * 0,75 \quad (\text{ΤΥΠΟΣ 4})$$

	KMS Medical I.K.E
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΣΒ)*	100
ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Π)	60.000,00
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Τ)	6.000,00
ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ρ)	2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Σ)	48.000
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Κ) (ΤΥΠΟΣ 4)	96000
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ (Λ)	960

* Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ.6641/18-03-2021 πρακτικό αξιολόγησης

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την Προμήθεια ενός Φορητού Ψηφιακού Ακτινολογικού τύπου DRGEM TOPAZ-32D για τη ΜΕΘ καθώς και την ανάθεση του πρώτου έτους συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας στην εταιρεία KMS Medical I.K.E.

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και κατατίθεται για έγκριση στο ΔΣ προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΘΕΟΝΙΚΗ
3. ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

Και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

- Επικυρώνει την αριθμ.6665/18-03-2021(ΑΔΑ:6Κ4546907Φ-ΥΩ3) Απόφαση Διοικητή περί «ορισμού ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
- Εγκρίνει ως έχει τα πρακτικά αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς καθώς και το πρακτικό αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς την Προμήθεια ενός Φορητού Ψηφιακού Ακτινολογικού τύπου DRGEM TOPAZ-32D για τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν

.....

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Π. Γρηγορίου

Τα μέλη

Η γραμματέας του Συμβουλίου

Παναγιώτου Γεώργιος

Γιαννακός Κωνσταντίνος

Μυλωνάς Στέφανος

Κόσυβα Σταυρούλα

Παπαβασιλείου Στυλιανή